

**SIA “Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca”
Reģ. Nr.40003951628**

**Atklāta konkursa
“Medicīniskās preces un materiāli ārstnieciskās un diagnostiskās darbības nodrošināšanai”
ID Nr.RAKUS 2024/2K**

**03.09.2024. ZIŅOJUMA precizējums
par iepirkuma priekšmeta 539. pozīciju**

Rīgā

2024. gada 18. septembrī

Pasūtītāja nosaukums un adrese	SIA “Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” Hipokrāta iela 2, Rīga, LV – 1079
Iepirkuma identifikācijas numurs	RAKUS 2024/2K
Iepirkuma procedūras veids	Atklāts konkurss
Iepirkuma priekšmets	Medicīniskās preces un materiāli ārstnieciskās un diagnostiskās darbības nodrošināšanai
Datums, kad iepriekšējais informatīvais paziņojums, ja tāds ir izmantots, publicēts Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī	11.01.2024. https://ted.europa.eu/lv/notice/-/detail/19112-2024
Datums, kad paziņojums par līgumu publicēts Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī	13.02.2024. https://ted.europa.eu/lv/notice/-/detail/90297-2024
Datums, kad paziņojums par līgumu publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļvietnē	11.02.2024. https://eformsb.pvs.iub.gov.lv/show/f2907133-4570-403a-b8be-075b49f8d034
Datums, kad paziņojums par apspriedi publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļvietnē	NA
Datums, kad paziņojums par izmaiņām vai papildu informāciju publicēts Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī	26.02.2024. https://ted.europa.eu/lv/notice/-/detail/115496-2024 11.03.2024. https://ted.europa.eu/lv/notice/-/detail/147233-2024
Datums, kad paziņojums par izmaiņām vai papildu informāciju publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļvietnē	24.02.2024. https://eformsb.pvs.iub.gov.lv/show/f746a8c2-0956-4427-8e18-709c930c8994 10.03.2024. https://eformsb.pvs.iub.gov.lv/show/a97ee725-1d6d-42ed-86c5-9bc11780d9ba

Iepirkuma komisijas sastāvs un tās izveidošanas pamatojums	Iepirkuma komisija ir izveidota un darbojas pamatojoties uz SIA “Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” valdes 2023. gada 28. decembra lēmumu Nr. V1/01-01/23/629 <i>par iepirkuma „Medicīniskās preces un materiāli ārstnieciskās un diagnostiskās darbības nodrošināšanai” organizēšanu</i> (turpmāk – Komisija).
Komisijas sastāvs	
Komisijas priekšsēdētāja	I. Budzila, aprūpes direktore;
Komisijas priekšsēdētājas vietniece	L. Eglīte, Aptiekas dienesta vadītāja G. Liepiņš, Medicīnas tehnoloģiju plānošanas un metodiskās vadības speciālists;
Komisijas locekļi	K. Bondareva, stacionāra “Gaiļezers” galvenā māsa; I. Lange, Iepirkumu daļas vecākā juriste (iepirkumu jomā);
Eksperti	L. Prudņikova, stacionāra “Biķernieki” apdegumu centra virsmāsa; V. Elstere, stacionāra “Latvijas Infektoloģijas centrs” galvenā māsa; A. Lapiņa, stacionāra “Gaiļezers” endoskopiju nodaļas vadītāja; I. Kļava, stacionāra “Gaiļezers” Klīniskās diagnostikas centra virsmāsa; A. Zariņš, stacionāra “Gaiļezers” Bronhoskopiju kabineta vadītājs; J.P. Lejnietis, stacionāra “TPSC” endoskopiju nodaļas vadītājs; N. Bedrjagina, stacionāra “Gaiļezers” Anestezioloģijas klīnikas virsmāsa.
Iepirkuma komisijas sēžu protokolētāja	I. Lange, Iepirkumu daļas vecākā juriste (iepirkumu jomā).
Iepirkumā pieaicinātie eksperti	Z. Sparāne, Uroloģijas un onkoloģiskās uroloģijas klīnikas virsmāsa; L. Garanča, Intensīvās terapijas klīnikas virsmāsa; A. More-Ametere, Neiroloģijas un neiroķirurģijas klīnikas virsmāsa; M. Utorova, Ginekoloģijas klīnikas virsmāsa; I. Mazlazdiņa, stacionāra “Latvijas Infektoloģijas centrs” 11.Diagnostikas izmeklēšanas nodaļas virsmāsa; S. Meškovska, Radioloģijas centra galvenā radiogrāfere; I. Aleksandrova, stacionāra “Tuberkulozes un plaušu slimību centrs” 3.Tuberkulozes un pleiras slimību nodaļas virsmāsa; I. Kļāģe, stacionāra „Gaiļezers” Endoskopiju nodaļas virsmāsa; E. Apalīte, stacionāra „Tuberkulozes un plaušu slimību centrs” galvenā māsa; A. Rutkis, ārsts endoskopists gastrointestinālajā endoskopijā; G. Āmara, Ķīmijterapijas un hematoloģijas klīnikas virsmāsa; I. Siliņa, Vispārējās un neatliekamās ķirurģijas klīnikas (koloproktoloģija) virsmāsa; V. Šverina, Neiroloģijas un neiroķirurģijas klīnikas (neiroķirurģija) virsmāsa; N. Tormane, Vispārējās un neatliekamās ķirurģijas klīnikas virsmāsa; I. Larionova, Neatliekamās medicīnas un pacientu uzņemšanas klīnikas virsmāsa; K. Džubina, Apdeguma centra vispārējās aprūpes māsa; M. Spure, Gerontoloģijas centra virsmāsa; R. Ozoliņa, stacionāra ‘Latvijas Infektoloģijas centrs’ 4.Aknu slimību nodaļas virsmāsa; S. Briede, stacionāra ‘Latvijas Infektoloģijas centrs’ 10.Drudžu diferenciālās diagnostikas nodaļas virsmāsa; D. Pētersone, Iekšējo slimību klīnikas virsmāsa; D. Rudzīte, stacionāra “Biķernieki” galvenā māsa; J. Savrasova, stacionāra „Latvijas Infektoloģijas centrs” Intensīvās terapijas nodaļas virsmāsa; S. Liepiņa, Sirds asinsvadu slimību klīnikas virsmāsa;

	V. Jēgere, Vispārējās un neatliekamās ķirurģijas klīnikas virsmāsa (neatliekamā ķirurģija); I. Sarkane, stacionāra "Latvijas Infektoloģijas centrs" 8.Zarnu infekciju un parazitāro slimību nodaļas virsmāsa; A. Brunenaua, stacionāra "Latvijas Onkoloģijas centrs" 4.Abdominālās un mīksto audu ķirurģijas nodaļas virsmāsa; A. Vanaga, stacionāra "Tuberkulozes un plaušu slimību centrs" Operācijas bloka virsmāsa; O. Gorjunova, stacionāra "Latvijas Infektoloģijas centrs" 6.HIV/AIDS nodaļa virsmāsa; M. Zālīte, Rehabilitācijas klīnikas fizioterapeite.		
Iepirkuma procedūras dokumentu sagatavotāji	I. Budzila, ārstniecības direktore I. Lange, Iepirkumu daļas vecākā juriste		
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš	26.03.2024. plkst. 10:00		
Pamatojums termiņa saīsinājumam, ja tāds veikts	-		
Piegādātāja nosaukums, kurš ir iesniedzis piedāvājumu, kā arī piedāvātās cenas	Pretendents	Iesniegšanas datums un laiks	Finanšu piedāvājums
	"A.Medical" SIA	25.03.2024 plkst. 18:22	EUR 2076218.56
	"ARGOS" SIA	22.03.2024 plkst. 10:43	EUR 8756.0
	"Amerikas Baltijas Tehnoloģiju Korporācija" SIA	20.03.2024 plkst. 14:56	EUR 382825.0
	"B.Braun Medical" SIA	25.03.2024 plkst. 16:12	EUR 4004649.68
	"Barameda" UAB	25.03.2024 plkst. 13:34	EUR 697563.6
	"Consumo" SIA	25.03.2024 plkst. 16:25	EUR 170000.0
	"DM PREMIUM" SIA	25.03.2024 plkst. 22:48	EUR 23445.0
	"DUO GROUP" SIA	25.03.2024 plkst. 22:29	EUR 286517.04
	"Diamedica" SIA	25.03.2024 plkst. 13:32	EUR 5.0
	"Elvim" SIA	26.03.2024 plkst. 09:19	EUR 1369017.0
	"Farmeko" SIA	21.03.2024 plkst. 12:33	EUR 295900.0
	"Formedics" UAB	25.03.2024 plkst. 09:50	EUR 388068.5
	"Interlux" SIA	25.03.2024 plkst. 08:48	EUR 51175.0
	"J.I.M.", SIA	25.03.2024 plkst. 12:05	EUR 207755.0
	"Jamedica" MB	25.03.2024 plkst. 14:21	EUR 296370.0
	"LVD expo" SIA	25.03.2024 plkst. 19:00	EUR 352686.0
	"Linus Medical" SIA	20.03.2024 plkst. 09:53	EUR 37000.0
	"Magnum Medical" SIA	25.03.2024 plkst. 23:46	EUR 730595.25
	"Medeksperts" SIA	25.03.2024 plkst. 11:10	EUR 2097150.22

	"Medilink" SIA	25.03.2024 plkst. 12:51	EUR 1979427.64
	"Mediq Latvija" SIA	25.03.2024 plkst. 12:45	EUR 3965277.36
	"NMS ELPA" SIA	25.03.2024 plkst. 15:03	EUR 831685.2
	"NMS Rīga" SIA	24.03.2024 plkst. 16:33	EUR 135165.0
	"OneMed" SIA	25.03.2024 plkst. 19:16	EUR 808522.34
	"Oribalt Rīga" SIA (ex "Oriola Rīga" SIA)	25.03.2024 plkst. 15:06	EUR 24133.2
	"PEAN" SIA	25.03.2024 plkst. 13:50	EUR 498813.45
	"PULSAR-RĪGA" SIA	25.03.2024 plkst. 20:24	EUR 666951.7
	"Prāna Ko" SIA	25.03.2024 plkst. 17:02	EUR 99931.75
	"R.A.L." SIA	25.03.2024 plkst. 15:06	EUR 829614.68
	"Sarstedt" SIA	08.03.2024 plkst. 09:09	EUR 6522.0
	"Scanmed" SIA	25.03.2024 plkst. 16:29	EUR 95680.0
	"TZMO Latvija" SIA (ex "Bella Rīga" SIA)	26.03.2024 plkst. 02:05	EUR 1612116.68
	"Tamro" SIA	08.03.2024 plkst. 15:37	EUR 776171.36
	"Tradintek" SIA	25.03.2024 plkst. 10:17	EUR 47400.0
	AmberCell Solutions UAB	25.03.2024 plkst. 11:22	EUR 803375.0
	BSC Health SIA	26.03.2024 plkst. 07:53	EUR 601723.89
	Molnlycke Health Care OU	22.03.2024 plkst. 17:57	EUR 391820.96
	Olympus Sverige Aktiebolag filiāle Latvijā	25.03.2024 plkst. 14:19	EUR 1.0
	Prosac Productos SL	26.03.2024 plkst. 09:56	EUR 1790434.0
	SIA "Arbor Medical Korporācija"	25.03.2024 plkst. 20:18	EUR 7158336.19
	SIA "Caerus Distribution"	25.03.2024 plkst. 19:10	EUR 475010.61
	Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MEDVES"	21.03.2024 plkst. 15:10	EUR 212100.0
	UAB "Ilsanta" filiāle	25.03.2024 plkst. 15:58	EUR 997541.83
Piedāvājumu atvēršanas vieta, datums un laiks	26.03.2024. plkst. 14:00, EIS e-konkursu apakšsistēmā.		
Pretendenta nosaukums, kuram piešķirtas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, piedāvātā līgumcena, kā arī piedāvājumu izvērtēšanas kopsavilkums un piedāvājuma izvēles pamatojums	<p>Iepirkuma komisija pamatojoties uz atklāta konkursa nolikumā noteikto piedāvājuma izvēles kritēriju – piedāvājums ar viszemāko cenu EUR bez PVN katrā iepirkuma priekšmeta pozīcijā atsevišķi, izvēloties no Nolikuma prasībām atbilstošiem piedāvājumiem maksimāli 3 (trīs) pretendents ar viszemāko vērtējamo cenu, pieņemts lēmums vispārīgās vienošanās slēgšanas tiesības piešķirt šādiem pretendentiem:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. "A.Medical" SIA 2. "ARGOS" SIA 3. "Amerikas Baltijas Tehnoloģiju Korporācija" SIA 4. "B.Braun Medical" SIA 5. "Barameda" UAB 		

	<ol style="list-style-type: none"> 6. "Consumo" SIA 7. "DM PREMIUM" SIA 8. "DUO GROUP" SIA 9. "Elvim" SIA 10. "Formedics" UAB 11. "Interlux" SIA 12. "J.I.M.", SIA 13. "LVD expo" SIA 14. "Linus Medical" SIA 15. "Magnum Medical" SIA 16. "Medeksperts" SIA 17. "Medilink" SIA 18. "Mediq Latvija" SIA 19. "NMS ELPA" SIA 20. "NMS Rīga" SIA 21. "OneMed" SIA 22. "Oribalt Rīga" SIA (ex "Oriola Rīga" SIA) 23. "PEAN" SIA 24. "PULSAR-RĪGA" SIA 25. "Prāna Ko" SIA 26. "R.A.L." SIA 27. "Sarstedt" SIA 28. "Scanmed" SIA 29. "TZMO Latvija" SIA (ex "Bella Rīga" SIA) 30. "Tamro" SIA 31. "Tradintek" SIA 32. BSC Health SIA 33. Molnlycke Health Care OU 34. Olympus Sverige Aktiebolag filiāle Latvijā 35. SIA "Arbor Medical Korporācija" 36. SIA "Caerus Distribution" 37. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MEDVES" 38. UAB "Ilsanta" filiāle <p>Vispārīgās vienošanās kopsumma 6 600 000,00 EUR bez pievienotās vērtības nodokļa.</p> <p>Pretendentu rangi pa pozīcijām ziņojuma pielikumā RAKUS 2024/2K (precizēta 539. pozīcija).</p>
Lēmuma pieņemšanas datums	30.08.2024.
Informācija (ja tā ir zināma) par to iepirkuma līguma daļu, kuru izraudzītais pretendents plānojis nodot apakšuzņēmējiem, kā arī apakšuzņēmēju nosaukumi	NA
Pamatojums lēmumam par katru noraidīto/izslēgto pretendentu, kā arī par katru iepirkuma procedūras dokumentiem neatbilstošu piedāvājumu	<p>Pretendenta SIA "A.Medical" piedāvājums neatbilst pasūtītāja izvirzītajām tehniskajām prasībām šādās iepirkuma priekšmeta pozīcijās:</p> <p>145. pozīcija – nav iesniegts paraugs (Iepirkuma nolikuma 5.6.4.4. punkts);</p> <p>185. pozīcija – nav iesniegts paraugs (Iepirkuma nolikuma 5.6.4.4. punkts);</p> <p>186. pozīcija – nav iesniegts paraugs (Iepirkuma nolikuma 5.6.4.4. punkts);</p> <p>198. pozīcija – nav iesniegts paraugs (Iepirkuma nolikuma 5.6.4.4. punkts);</p> <p>283. pozīcija – neatbilst tilpums, nav vāka;</p> <p>284. pozīcija – neatbilst tilpums, nav vāka;</p> <p>342. pozīcija – maisījš bez apsorbenta;</p>

	<p>349. pozīcija – prece nav kartona kastē, bet plastmasas maisā;</p> <p>360. pozīcija – nav mandrēnas RTG kontrolei;</p> <p>368. pozīcija – nav norādes par to, vai zonde ir RTG kontrolējama;</p> <p>431. pozīcija – neatbilst garums;</p> <p>437. pozīcija – neatbilst pieprasītais sistēmas garums; kameras lejas daļas nav savienotas ar gredzenu, kas paredzēts infūzijas tehnikas pilienu skaitītāja nostiprināšanai;</p> <p>438. pozīcija – infūzijas sistēmas ātrumu nevar noregulēt uz prasītām 270 ml/h un vairāk, jo uz regulatora ir tikai 250 ml (iesniegtā datu brošūra nesniedz informāciju par infūzijas ātrumu, jo nav norādīta laika skala). Sakarā ar to, kā sistēma nav aprīkota ar plastikāta satveršanas rokturi (tehniskās specifikācijas prasība), viegla un precīza plūsmas regulēšana, izmantojot vienas rokas tehniku, nav iespējama.</p> <p>Pretendenta SIA “A.Medical” piedāvājums neatbilst pasūtītāja izvirzītajām kvalifikācijas prasībām šādās iepirkuma priekšmeta pozīcijās:</p> <p>187. pozīcija – nav iesniegts CE sertifikāts (Iepirkuma nolikuma 3.7.1. punkts);</p> <p>383. pozīcija – ražotāja pilnvarojums izplatīt preci attiecināms uz citu valsti; nesakrīt produktu kodi un EMDN (CND) kodi ražotājam un izplatītājam (ražotāja kods attiecas uz urīna testiem).</p> <p>Pretendenta UAB “AmberCell Solutions” piedāvājums neatbilst pasūtītāja izvirzītajām tehniskajām prasībām šādās iepirkuma priekšmeta pozīcijās:</p> <p>304. pozīcija – nav iesniegts paraugs (Iepirkuma nolikuma 5.6.4.4. punkts);</p> <p>316. pozīcija – nav iesniegts paraugs (Iepirkuma nolikuma 5.6.4.4. punkts);</p> <p>348. pozīcija – nav pārliedzams pār galvu.</p> <p>Pretendenta SIA “Amerikas Baltijas Tehnoloģiju Korporācija” piedāvājums neatbilst pasūtītāja izvirzītajām kvalifikācijas prasībām šādās iepirkuma priekšmeta pozīcijās:</p> <p>224. pozīcija – nav iesniegta preces ražotāja izdota preces ES atbilstības deklarācija (Iepirkuma nolikuma 3.9.1. punkts);</p> <p>226. un 232. pozīcija – pretrunīga kvalifikācijas dokumentācija- ražotāja vēstule par sadarbības partneri un Elektronisko iepirkumu sistēmā pretendenta iesniegtā preces ES atbilstības deklarācija;</p> <p>234. pozīcija – nav iesniegta preces ražotāja izdota preces ES atbilstības deklarācija (Iepirkuma nolikuma 3.9.1. punkts).</p> <p>Pretendenta SIA “Arbor Medical Korporācija” piedāvājums neatbilst pasūtītāja izvirzītajām tehniskajām prasībām šādās iepirkuma priekšmeta pozīcijās:</p> <p>11. pozīcija – nav iesniegts paraugs (Iepirkuma nolikuma 5.6.4.4. punkts);</p> <p>25. pozīcija – nav iesniegts paraugs (Iepirkuma nolikuma 5.6.4.4. punkts);</p> <p>128. pozīcija – nav iesniegts paraugs (Iepirkuma nolikuma 5.6.4.4. punkts);</p> <p>145. pozīcija – nav zīmējuma;</p> <p>185. pozīcija – nav iesniegts paraugs (Iepirkuma nolikuma 5.6.4.4. punkts);</p> <p>186. pozīcija – nav iesniegts paraugs (Iepirkuma nolikuma 5.6.4.4. punkts);</p> <p>198. pozīcija – nav iesniegts paraugs (Iepirkuma nolikuma 5.6.4.4. punkts);</p> <p>324. pozīcija – iesniegts tikai viena veida uzgalis- universālais;</p> <p>343. pozīcija – nav iesniegts paraugs (Iepirkuma nolikuma 5.6.4.4. punkts);</p> <p>367. pozīcija – neatbilst, jo tehniskās specifikācijas prasība 100-130cm, piedāvājumā tikai 50cm;</p> <p>368. pozīcija – nav iesniegts paraugs (Iepirkuma nolikuma 5.6.4.4. punkts);</p> <p>395. pozīcija – nav drošības sistēmas;</p>
--	--

	<p>400. pozīcija – norādīts, ka adatas ir plānu sienu, bet nav norādes, ka īpaši plānu sienu; neatbilst izmēri: piedāvā 29G x12,7 mm (prasība 29G 0,33 x12,0 mm);</p> <p>403. pozīcija – neatbilst izmēri: tehniskās specifikācijas prasība 19G 1,10x40 mm, piedāvājumā 19 G 1,10 x38 mm;</p> <p>prasība 18G 1,20x40mm, piedāvājumā 18 G 1,20 x38 mm;</p> <p>prasība 20G 0,9x40mm, piedāvājumā 20 G 0,9 x38 mm;</p> <p>prasība 20 G 0,9x 90 mm, piedāvājumā 18G 1,20x100mm;</p> <p>prasība 20G 0,8x40mm, piedāvājumā 21 G 0,8 x38 mm;</p> <p>prasība 27G 0,4x40mm, piedāvājumā 27 G 0,4 x38 mm;</p> <p>prasība 25G 0,5x40mm, piedāvājumā 25 G 0,5 x38 mm;</p> <p>410. pozīcija – izgatavots no Teflona materiāla (prasība PUR), daļai piedāvāto produktu parametru, kuri ietekmē plūsmas ātrumu nobīde ir lielāka par 5%; datu brošūrā nav informācijas par aizsargmehānismu pret nejaušu saduršanos, nav informācija par ventilācijas atverēm katetra spārniņos, nav informācijas vai injekciju portam ir pašnoslēdzošs vārsts, nav informācija par Rtg kontrastējošām līnijām;</p> <p>451. pozīcija – nav iesniegts paraugs (Iepirkuma nolikuma 5.6.4.4. punkts);</p> <p>452. pozīcija – nav iesniegts paraugs (Iepirkuma nolikuma 5.6.4.4. punkts);</p> <p>453. pozīcija – nav iesniegts paraugs (Iepirkuma nolikuma 5.6.4.4. punkts);</p> <p>463. pozīcija – nav iesniegts paraugs (Iepirkuma nolikuma 5.6.4.4. punkts);</p> <p>465. pozīcija – nav savietojams ar slimnīcā esošo firmas "B.Braun" infūzijas aparāturu; aprobējot parādās atzīme, ka infūzijas beidzas, bet šļircē vēl ir 4 ml medikamenta;</p> <p>578. pozīcija – komplektā gan salvetes, gan tupferi ir no marles (prasība neausts materiāls), nav aizlīmējams maisiņš.</p> <p>Pretendenta SIA “Arbor Medical Korporācija” piedāvājums neatbilst pasūtītāja izvirzītajām kvalifikācijas prasībām šādās iepirkuma priekšmeta pozīcijās:</p> <p>251. pozīcija – iesniegtajā ražotāja ES atbilstības deklarācijā nav iekļauta tehniskajā piedāvājumā norādītā prece (Iepirkuma nolikuma 3.9.1.punkts).</p> <p>380. pozīcija – ražotājs deklarē, ka prece ir IIb klases produkts, preces CE sertifikāts nav iesniegts; nav ražotāja vai tā autorizēta pārstāvja pilnvarojuma vēstule pretendentam par tiesībām pārdot ražotāja medicīnisko preci Eiropas Savienībā, tajā skaitā Latvijas Republikas teritorijā (Iepirkuma nolikuma 3.11.1.. punkts); prece satur lubrikantu un silikonu;</p> <p>468. pozīcija – nav iesniegts ražotājam izdots derīgs preces CE sertifikāts, iesniegtajam termiņš 19.12.2023. (Iepirkuma nolikuma 3.9.1.punkts).</p> <p>Pretendenta SIA “B.Braun Medical” piedāvājums neatbilst pasūtītāja izvirzītajām tehniskajām prasībām šādās iepirkuma priekšmeta pozīcijās:</p> <p>353. pozīcija – neatbilst, jo uzgalis ir traumatisks ar rievām. Papildus nepieciešams pievienot rektālo katetru / duodenālo zondi;</p> <p>367. pozīcija – nav CH 10, neatbilst piedāvātais garums- 125cm, bukletā nav atzīme, vai zondei ir RTG marķējums;</p> <p>368. pozīcija – nav iesniegts CH 20, neatbilst piedāvātais garums- līdz 110cm. Bukletā nav atzīme, vai zondei ir RTG marķējums;</p> <p>396. pozīcija – neatbilst, jo piedāvāts bezadatu konektors;</p> <p>403. pozīcijas 403.7. apakšpozīcija- neatbilst piedāvātais izmērs 20 G 0,9x70 mm;</p> <p>427. pozīcija – piedāvātie aizbāžņi ir katrs atsevišķi, ne līnijā pa 10gb.;</p> <p>432. pozīcija – neatbilst, jo adata un sistēma ir atsevišķi;</p> <p>482. pozīcija – nav iesniegts paraugs (Iepirkuma nolikuma 5.6.4.4. punkts);</p>
--	---

	<p>483. pozīcija - 483.2. apakšpozīcija- neatbilst, atsūtītājā paraugā adatas garums 40 mm;</p> <p>483.5. apakšpozīcija- nav iesniegts paraugs (Iepirkuma nolikuma 5.6.4.4. punkts);</p> <p>544. pozīcija – neatbilst, jo pārsējam nav pretmikrobu darbības, nesatur sudrabu;</p> <p>548. pozīcija – neatbilst, jo pārsēja sastāvā nav želējošo, stingru šķidrumu ieslēdzošo polivinilalkohola šķiedru;</p> <p>549. pozīcija – neatbilst, jo hidrošķiedru materiāla vietā tiek piedāvāts kalcija algināta materiāla pārsējs;</p> <p>561. pozīcija – neatbilst, jo piedāvātais produkts ir flakonā;</p> <p>576. pozīcija – neatbilst, jo nav Y iegriezuma, 4 kārtas.</p> <p>Pretendenta SIA “B.Braun Medical” piedāvājums neatbilst pasūtītāja izvirzītajām kvalifikācijas prasībām šādās iepirkuma priekšmeta pozīcijās:</p> <p>572. pozīcija – kvalifikācijas dokumenti satur informāciju par preces ražošanas pārtraukšanu, CE sertifikāts derīgs līdz 15.05.2025. Minētais negarantē preces piegādi Iepirkuma dokumentos noteiktajam periodam- 24 mēnešiem.</p> <p>Pretendenta UAB “Barameda” piedāvājums neatbilst pasūtītāja izvirzītajām tehniskajām prasībām šādās iepirkuma priekšmeta pozīcijās:</p> <p>289. pozīcija – neatbilst, jo uzsūcošās puses malās nav aizsargbarjeras;</p> <p>308. pozīcija – nav iesniegts paraugs (Iepirkuma nolikuma 5.6.4.4. punkts).</p> <p>Pretendenta UAB “Barameda” piedāvājums neatbilst pasūtītāja izvirzītajām kvalifikācijas prasībām šādās iepirkuma priekšmeta pozīcijās:</p> <p>307. un 310. pozīcija – nav preces ražotāja vai tā autorizēta pārstāvja pilnvarojuma vēstule pretendenta par tiesībām pārdot ražotāja medicīnisko precī Eiropas Savienībā, tajā skaitā Latvijas Republikas teritorijā (Iepirkuma nolikuma 3.11.1. punkts);</p> <p>320. pozīcija – nav preces ražotāja vai tā autorizēta pārstāvja pilnvarojuma vēstule pretendenta par tiesībām pārdot ražotāja medicīnisko precī Eiropas Savienībā, tajā skaitā Latvijas Republikas teritorijā (Iepirkuma nolikuma 3.11.1. punkts);</p> <p>337. pozīcija – nav iesniegta preces ražotāja izdota preces ES atbilstības deklarācija (Iepirkuma nolikuma 3.9.1. punkts).</p> <p>Pretendenta SIA “BSC Health” piedāvājums neatbilst pasūtītāja izvirzītajām tehniskajām prasībām šādās iepirkuma priekšmeta pozīcijās:</p> <p>7. pozīcija – nav tangensiālā virzienā;</p> <p>67. pozīcija – nav iesniegts paraugs ar 20 mm griezējdiega garumu (Iepirkuma nolikuma 5.6.4.4. punkts);</p> <p>76. pozīcija – korķis nav hermētisks, ierīce nestabila, nefiksējas;</p> <p>78. pozīcija – neatbilst materiāls (nav platinols);</p> <p>85. pozīcija – nav repositionējams.</p> <p>Pretendenta SIA “BSC Health” piedāvājums neatbilst pasūtītāja izvirzītajām kvalifikācijas prasībām šādās iepirkuma priekšmeta pozīcijās:</p> <p>24. pozīcija – nav iesniegta ražotāja ES atbilstības deklarācija piedāvātajām precēm (Iepirkuma nolikuma 3.9.1. punkts);</p> <p>720. pozīcija – nav iesniegta ražotāja ES atbilstības deklarācija piedāvātajai precei (iesniegtajā ražotāja ES atbilstības deklarācijā cits kods), nav norādes, ka ir Is klases medicīnas ierīce (Iepirkuma nolikuma 3.9.1. punkts).</p> <p>Pretendenta SIA “Caerus Distribution” piedāvājums neatbilst pasūtītāja izvirzītajām tehniskajām prasībām šādās iepirkuma priekšmeta pozīcijās:</p> <p>292. pozīcija – nav norādīts par lietošanu mikroviļņu krāsnī;</p> <p>339. pozīcija – nav stepējums un plastikāta odere;</p>
--	---

	<p>507. pozīcija – iesniegtais paraugs ir sterils, tehniskajā specifikācija tiek prasīts nesterils. Krāsa neatbilst, jo ir zaļa.</p> <p>Pretendenta SIA “Caerus Distribution” piedāvājums neatbilst pasūtītāja izvirzītajām kvalifikācijas prasībām šādās iepirkuma priekšmeta pozīcijās:</p> <p>467. pozīcija – nav iesniegts aktuāls ražotājam izdots CE sertifikāts piedāvātajai precei. (Iepirkuma nolikuma 3.7.1.punkts). Atbilstoši iesniegtajai dokumentācijai, preces ražotājs informējis, ka piedāvātās preces netiks pārreģistrētas uz MDR un pēc saražotās produkcijas iztirgošanas tās tiks aizstātas ar citiem kodiem. CE sertifikāta HK 19/41034 derīgums līdz 01.12.2023., nav derīga arī ražotāja izdotā ES atbilstības deklarācija precei (Iepirkuma nolikuma 3.9.1.punkts).</p> <p>Pretendenta SIA “CONSUMO” piedāvājums neatbilst pasūtītāja izvirzītajām tehniskajām prasībām iepirkuma priekšmeta 140. pozīcijā – nav kustīgas elatīgas pārejas, kas ļauj novērst artifaktu esamību.</p> <p>Pretendenta SIA “DM PREMIUM” piedāvājums neatbilst pasūtītāja izvirzītajām tehniskajām prasībām šādās iepirkuma priekšmeta pozīcijās:</p> <p>11. pozīcija – nav iesniegts paraugs (Iepirkuma nolikuma 5.6.4.4. punkts);</p> <p>13. pozīcija – nav iesniegts paraugs (Iepirkuma nolikuma 5.6.4.4. punkts);</p> <p>130. pozīcija – nav iesniegts paraugs (Iepirkuma nolikuma 5.6.4.4. punkts);</p> <p>144. pozīcija – prece satur metālisku elementu;</p> <p>145. pozīcija – nav zīmējuma;</p> <p>185. pozīcija – gēla viskozitāte ir mazāka nekā noteikts prasībās;</p> <p>186. pozīcija – tiek piedāvāts krems, ko lieto elektrokardiogrāfijas pierakstam;</p> <p>198. pozīcija – nav iesniegts paraugs (Iepirkuma nolikuma 5.6.4.4. punkts);</p> <p>218. pozīcija – nav iesniegts paraugs (Iepirkuma nolikuma 5.6.4.4. punkts);</p> <p>227. pozīcija – neatbilst, jo piedāvā vienreizlietojamus līmējamus elektrodus ar vadu. Piedāvātajā paraugā četri elektrodi, kas nepieciešami vienam pacientam, ar šo plānoto daudzumu var veik EMG izmeklējumu tikai 17 pacientiem;</p> <p>242. pozīcija – nav iesniegts paraugs (Iepirkuma nolikuma 5.6.4.4. punkts);</p> <p>260. pozīcija – nav iesniegts paraugs (Iepirkuma nolikuma 5.6.4.4. punkts);</p> <p>261. pozīcija – nav iesniegts paraugs (Iepirkuma nolikuma 5.6.4.4. punkts);</p> <p>274. pozīcija – nav iesniegts paraugs (Iepirkuma nolikuma 5.6.4.4. punkts);</p> <p>285. pozīcija – nav iesniegts paraugs (Iepirkuma nolikuma 5.6.4.4. punkts);</p> <p>288. pozīcija – nav iesniegts paraugs (Iepirkuma nolikuma 5.6.4.4. punkts);</p> <p>291. pozīcija – neatbilst izmērs (20x17cm);</p> <p>293. pozīcija – nepieciešams noskalot ar ūdeni;</p> <p>300. pozīcija – nav autoklavējamas, norādīts, ka sterilizējamas ar gāzi;</p> <p>314. pozīcija – nevienam izmēram nav apkakles augstuma 12cm (ir 7,5; 8,5 un 10cm);</p> <p>315. pozīcija – nav XL izmēra, nav norādīti augstumi, nav ventilācijas caurumu;</p> <p>316. pozīcija – neatbilst izmērs;</p> <p>324. pozīcija – iesniegts tikai viena veida uzgalis - universālais;</p> <p>338. pozīcija – aprobācijai iesniegta pozicionēšanas josta, neatbilst paredzētajai funkcijai - iegurna stabilizācijai;</p> <p>341. pozīcija – neatbilst izmērs;</p> <p>343. pozīcija – nav iesniegts paraugs (Iepirkuma nolikuma 5.6.4.4. punkts);</p> <p>351. pozīcija – palagam nav elpojošs aizmugures slānis, kas atļauj gaisa cirkulāciju, nav sauss uz tausti;</p>
--	---

353. pozīcija – nav iesniegts paraugs (Iepirkuma nolikuma 5.6.4.4. punkts);
355. pozīcija – nav iesniegti visi paraugi (tikai CH26);
357. pozīcija – nav iesniegts paraugs (Iepirkuma nolikuma 5.6.4.4. punkts);
358. pozīcija – nav iesniegts paraugs (Iepirkuma nolikuma 5.6.4.4. punkts);
360. pozīcija – nav mandrēnas RTG kontrolei;
361. pozīcija – nav iesniegti visi paraugi (tikai CH18);
365. pozīcija – nav prasītie 48 +/- 2cm garuma izmēri. Atbilstoši datu brošūrai - 400 mm;
366. pozīcija – nav iesniegti visi paraugi (tikai CH10);
367. pozīcija – nav iesniegts paraugs (Iepirkuma nolikuma 5.6.4.4. punkts);
368. pozīcija – nav iesniegts paraugs (Iepirkuma nolikuma 5.6.4.4. punkts);
387. pozīcija – 387.1. un 387.2. apakšpozīcija – neatbilst krāsa;
389. pozīcija – pilnšļirce bez iestrādāta dezinfekcijas korķa bezadatu konektoriem;
390. pozīcija – tilpums 10 ml, pildīta 5ml (prasība- tilpums 10 ml, pildīta ar 10 ml šķidrumu);
391. pozīcija – nav iesniegta <u>ražotāja</u> izdota datu brošūra, ražotāja mājaslapā pieejamajā katalogā norādīts, ka konkrētajam produktam gaisa filtrs ir 3 μm (prasība- 0,45μm). Izmērs neatbilst un nav cieši pieguļošs uzbāznis;
396. pozīcija –bezadatu konektors;
404. pozīcija – nav iesniegts paraugs (Iepirkuma nolikuma 5.6.4.4. punkts);
420. pozīcija – nav iesniegta <u>ražotāja</u> izdota datu brošūra, ražotāja mājaslapā pieejamajā katalogā norādīts, ka konkrētajam produktam gaisa filtrs ir 0,1μm (prasība- 0,2μm);
422. pozīcija – nav iesniegta <u>ražotāja</u> izdota datu brošūra, ražotāja mājaslapā pieejamajā katalogā norādīts, ka konkrētajam produktam gaisa filtrs ir 0,1μm (prasība- 0,45μm);
424. pozīcija – nav iesniegta <u>ražotāja</u> izdota datu brošūra, ražotāja mājaslapā pieejamajā katalogā norādīts, ka konkrētajam produktam gaisa filtrs ir 0,1μm (prasība- 0,45μm);
426. pozīcija – paraugi nav iesniegti oriģināliepakojumā, bet iensiegti atsevišķi trīs dezinfekcijas uzgaļi;
427. pozīcija – nav iesniegta <u>ražotāja</u> izdota datu brošūra; nav informācijas par antiseptiskās darbības ilgumu no savienošanas brīža;
428. pozīcija – nav iesniegta <u>ražotāja</u> izdota datu brošūra; nav informācijas par antiseptiskās darbības ilgumu no savienošanas brīža;
432. pozīcija – nav adatas;
434. pozīcija – infūzijas sistēmas garums 150cm (prasība- 180cm); flakona caurdūrējadata nav silikonizēta; nav šķidruma filtrs, kas integrēts Luer Lock savienotāja noslēdzējā ar hidrofobu membrānu, kas neļauj medikamentiem izplūst no sistēmas to uzpildot; nav gaisa aizturēšanas filtra, kas neļauj sistēmai iztecēt tukšai, tad, kad infūzijas šķidruma flakons ir iztecējis tukšs;
437. pozīcija – nav iesniegta ražotāja izdota datu brošūra;
457. pozīcija – nav Luer Lock mehānisms;
458. pozīcija – produkts ar kodu: 010ML-3CZ-BL neatbilst tehniskai specifikācijai: šļirce Luer Lock uzgalis;
459. pozīcija – produkts ar kodu: 005ML-3CZ-BL neatbilst tehniskai specifikācijai: šļirce Luer Lock uzgalis;
460. pozīcija – nav Luer Lock mehānisms;

	<p>461. pozīcija – nav attēlota pagarinājuma skala;</p> <p>470. pozīcija – nav iesniegts paraugs (Iepirkuma nolikuma 5.6.4.4. punkts);</p> <p>472. pozīcija – nav iesniegts paraugs (Iepirkuma nolikuma 5.6.4.4. punkts);</p> <p>475. pozīcija – neatbilst ierīces izmēri;</p> <p>484. pozīcija – iesniegtajos paraugos adatām nav norādīts diametrs;</p> <p>489. pozīcija – izņemot no iepakojuma pārsēja spilventiņš ir dislocēts no centra uz pārsēja malu, tādējādi nenosedz katetra punkcijas vietu. Spilventiņš ir cieši pielīpis pie pārsēja un manuāli to nevar sakārtot. Parauga neaustais materiāls manāmi ātri izstiepjās un deformējas. Neatbilst izmērs 489.2. apakšpozīcijas prasībai- piedāvātais izmērs ir 5,7x8cm, kas pārsniedz pieļaujamo izmēra atkāpi;</p> <p>490. pozīcija – 490.2.apakšpozīcija- pārsējam nav neausta materiāla nostiprinājuma stabilai fiksācijai;</p> <p>491. pozīcija – iesniegtais paraugs neatbilst tehniskajā piedāvājumā norādītas preces Ref.kodam un nosaukumam;</p> <p>493. pozīcija – ir iegriezums līdz pārsēja centram;</p> <p>494. pozīcija – neatbilst, jo prasība ir, lai hlorheksidīna glikonāts (CHG) ir pievienots pārsienamajā līmē, bet paraugam ir tikai centrā CHG gēla spilventiņš (polsterējums). Piefiksējot perifero i/v katetru, var secināt, ka CHG spilventiņš vispār nenosedz punkcijas vietu, tādējādi nepilda savu funkciju. Neausta materiāla rāmis nosedz i/v katetra punkcijas vietu, tādējādi traucējot vizualizācijai;</p> <p>495. pozīcija – nav iesniegts paraugs 495.4. apakšpozīcijā (Iepirkuma nolikuma 5.6.4.4. punkts);</p> <p>513. pozīcija – neatbilst izmērs;</p> <p>516. pozīcija – nav iesniegts paraugs (Iepirkuma nolikuma 5.6.4.4. punkts);</p> <p>532. pozīcija – pārsējs ir pašlīpošs (prasība- nelīpošs), pārsējs nav paredzēts brūcēm ar izteiktu eksudāta daudzumu;</p> <p>535. pozīcija – nav iesniegts paraugs (Iepirkuma nolikuma 5.6.4.4. punkts);</p> <p>536. pozīcija – pārsēja kontaktvirsmas pārklāta ar hipoalerģisku līmi, nevis ar mīksta silikona pārklājumu;</p> <p>538. pozīcija – iesniegts Espuma Gentle (prasība- Espuma Gentle Lite). Neatbilst izmērs- ir vairāk nekā 2 cm, pārsniedzot pieļaujamo +/- 1cm;</p> <p>539. pozīcija – iesniegts Fibrosol FoamGentle (prasība-Espuma Gentle Extra Comfort). Neatbilst izmērs- iesniegts 15x15 (prasīts 15x20 cm), kur neatbilst spilventiņa izmērs, jo mazāks par 12x12cm;</p> <p>540. pozīcija – pašlīpošas malas ar putu spilventiņu centrā;</p> <p>543. pozīcija – neatbilst pārsēja izmērs;</p> <p>545. pozīcija – pārsēja forma nav speciāli piemērota krustu rajonam, nav pašlīmējošas malas, kas notur pārsēju. Plāksteris stabili neturās pie brūces, ir vajadzīgs papildus sekundārais pārsējs. Atkārtoti pārsēju nevar pielīmēt. Neatbilst izmērs, jo tika iesniegts paraugs 20x20 cm, kas pārsniedz pieļaujamo izmēra atkāpi +/- 0.5 cm;</p> <p>546. pozīcija – neatbilst pārsēja izmērs;</p> <p>547. pozīcija – neatbilst izmērs. Iesniegtais paraugs neatbilst tehniskajā piedāvājumā norādītajai precei;</p> <p>548. pozīcija – pārsēja sastāvā nav želējošo, stingru šķidrumu ieslēdzošo polivinilalkohola šķiedru;</p> <p>551. pozīcija – nav mīksta silikona pārklājuma brūces kontaktvirsmas, kas pārklāj gan spilventiņu, gan fiksējošās malas. Fiksējošās malas nav caurredzamas, nevar vizualizēt un novērtēt ādu ap brūci. Parauga izmērs neatbilst prasībai;</p> <p>552. pozīcija – nav iesniegts paraugs (Iepirkuma nolikuma 5.6.4.4. punkts);</p>
--	--

	<p>553. pozīcija – nav iesniegts paraugs (Iepirkuma nolikuma 5.6.4.4. punkts);</p> <p>567. pozīcija – nav iesniegts paraugs (Iepirkuma nolikuma 5.6.4.4. punkts);</p> <p>569. pozīcija – nav iesniegts paraugs (Iepirkuma nolikuma 5.6.4.4. punkts);</p> <p>570. pozīcija – iesniegts Silotull (prasība- Pharmatull). Prasība pārsējs austs, smalkas marles, bet iesniegtais paraugs ir poliestera siets. Prasīts paraugs 15cmx2m, iesniegts 10x10cm;</p> <p>571. pozīcija – nav iesniegts paraugs 571.4. apakšpozīcijā (Iepirkuma nolikuma 5.6.4.4. punkts);</p> <p>578. pozīcija – nav iesniegts paraugs (Iepirkuma nolikuma 5.6.4.4. punkts).</p> <p>Pretendenta SIA “DM PREMIUM” piedāvājums neatbilst pasūtītāja izvirzītajām kvalifikācijas prasībām šādās iepirkuma priekšmeta pozīcijās:</p> <p>1. pozīcija – nav iesniegta aktuāla ražotāja izdota preces ES atbilstības deklarācija (Iepirkuma nolikuma 3.9.1. punkts); nav ražotāja vai tā autorizēta pārstāvja pilnvarojuma vēstule pretendentam par tiesībām pārdot ražotāja medicīnisko preci Eiropas Savienībā, tajā skaitā Latvijas Republikas teritorijā (Iepirkuma nolikuma 3.11.1. punkts);</p> <p>224. pozīcija – nav iesniegta ražotāja izdota ES atbilstības deklarācija precei (Iepirkuma nolikuma 3.9.1. punkts);</p> <p>225. pozīcija – nav iesniegta ražotāja izdota ES atbilstības deklarācija precei (Iepirkuma nolikuma 3.9.1. punkts);</p> <p>327. pozīcija –iesniegtā ražotāja ES atbilstības deklarācija attiecas uz citu produktu (Iepirkuma nolikuma 3.9.1. punkts);</p> <p>617. pozīcija – nav iesniegta ražotāja izdota preces ES atbilstības deklarācija (Iepirkuma nolikuma 3.9.1. punkts).</p> <p>Pretendenta SIA “DM PREMIUM” finanšu piedāvājumā veikti šādi aritmētisko kļūdu labojumi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - kopējā piedāvājuma summa iepirkuma priekšmeta 117. pozīcijā pēc aritmētiskās kļūdas labojuma ir 2 738,50 EUR bez PVN (iesniegtajā piedāvājumā: 2 740,00 EUR bez PVN); - kopējā piedāvājuma summa iepirkuma priekšmeta 270. pozīcijā pēc aritmētiskās kļūdas labojuma ir 4 322,52 EUR bez PVN (iesniegtajā piedāvājumā: 4 222,52 EUR bez PVN); - kopējā piedāvājuma summa iepirkuma priekšmeta 276. pozīcijā pēc aritmētiskās kļūdas labojuma ir 6 980,00 EUR bez PVN (iesniegtajā piedāvājumā: 4 900,00 EUR bez PVN); - kopējā piedāvājuma summa iepirkuma priekšmeta 325. pozīcijā pēc aritmētiskās kļūdas labojuma ir 1 996,80 EUR bez PVN (iesniegtajā piedāvājumā: 1 996,00 EUR bez PVN). - kopējā piedāvājuma summa iepirkuma priekšmeta 514. pozīcijā pēc aritmētiskās kļūdas labojuma ir 10 000,00 EUR bez PVN (iesniegtajā piedāvājumā: 6 600,00 EUR bez PVN). <p>Pretendenta SIA “DUO GROUP” piedāvājums neatbilst pasūtītāja izvirzītajām tehniskajām prasībām iepirkuma priekšmeta 507. pozīcijā – neatbilst izmēri (40x40 cm) un precei ir 4 kārtas (nevis 6 kārtas).</p> <p>Pretendenta SIA “ELVIM” piedāvājums neatbilst pasūtītāja izvirzītajām tehniskajām prasībām šādās iepirkuma priekšmeta pozīcijās:</p> <p>141. pozīcija – monitorēšanai elektrodi ir jāmaina biežāk nekā 24 stundas, elektrodi atļip;</p> <p>199. pozīcija – pats fiksētais attēls ir tikai 1/2 no filmas lauka, pārējais ir dati;</p> <p>236. pozīcija – iemute gluda, bez fiksācijas joslas līdz ar ko apgrūtināta iemutes fiksācija;</p>
--	---

	<p>322. pozīcija – 4 fiksējamas pozīcijas, kājiņas liektas, nav ar gumijas polsterējumu;</p> <p>384. pozīcija – pats fiksētais attēls ir tikai 1/2 no filmas lauka, pārējais ir dati;</p> <p>429. pozīcija – ārējais apvalks ciets, nesaplok sūknim iztukšojoties;</p> <p>429.1. apakšpozīcija - prasīts 60 ml ar ātrumu 2 ml/h, piedāvājumā 65 ml ar ātrumu 2,7 ml/h;</p> <p>429.3. apakšpozīcija - prasīts 270 ml ar ātrumu 5 ml/h, piedāvājumā 250 ml ar ātrumu 5,2 ml/h;</p> <p>471. pozīcija – nav iesniegts paraugs (Iepirkuma nolikuma 5.6.4.4. punkts);</p> <p>491. pozīcija – nav iesniegts paraugs (Iepirkuma nolikuma 5.6.4.4. punkts);</p> <p>493. pozīcija – nav iesniegts paraugs (Iepirkuma nolikuma 5.6.4.4. punkts);</p> <p>514. pozīcija – piedāvājumā nav konteineris;</p> <p>551. pozīcija – pārsēja līpviirma ir pārklāta ar hipoalerģisku poliakrilāta līmi. Nepieciešama mīksta silikona pārklājuma brūces kontaktvirsmā, kas pārklāj gan spilventiņu, gan fiksējošās malas;</p> <p>557. pozīcija – nav iesniegts paraugs (Iepirkuma nolikuma 5.6.4.4. punkts);</p> <p>563. pozīcija – šķīdums un gēls nesatur hipohlorskābi un nātrija hipohlorītu, šķīduma koncentrācijai jābūt 0,01%.</p> <p>Pretendenta SIA “FARMEKO” piedāvājums neatbilst pasūtītāja izvirzītajām tehniskajām prasībām iepirkuma priekšmeta 288. pozīcijā – paladziņam nav stepējuma un tas nesaglabā virsmu sausu, tā paliek pilnīgi slapja.</p> <p>Pretendenta UAB “Formedics” piedāvājums neatbilst pasūtītāja izvirzītajām tehniskajām prasībām šādās iepirkuma priekšmeta pozīcijās:</p> <p>78. pozīcija – neatbilst stenta materiāls;</p> <p>79. pozīcija – nav iesniegts paraugs (Iepirkuma nolikuma 5.6.4.4. punkts);</p> <p>128. pozīcija – nav iesniegts paraugs (Iepirkuma nolikuma 5.6.4.4. punkts).</p> <p>Pretendenta UAB “Formedics” piedāvājums neatbilst pasūtītāja izvirzītajām kvalifikācijas prasībām šādās iepirkuma priekšmeta pozīcijās:</p> <p>25. pozīcija – nav iesniegta ražotāja ES atbilstības deklarācija precei;</p> <p>99., 100., 101., 117., 716., 718. pozīcija – preces ražotāja ES atbilstības deklarācija attiecas uz vienreizlietojamām polipu cilpām. Uz pieprasījumu iesniegtas cita ražotāja ES atbilstības deklarācijas ar citiem preču Ref. kodiem. Nav iesniegta preces ražotāja vai tā autorizēta pārstāvja pilnvarojuma vēstule pretendentam par tiesībām pārdot ražotāja medicīnisko preci Eiropas Savienībā, tajā skaitā Latvijas Republikas teritorijā (Iepirkuma nolikuma 3.11.1. punkts);</p> <p>720. pozīcija – nav iesniegta preces ražotāja vai tā autorizēta pārstāvja pilnvarojuma vēstule pretendentam par tiesībām pārdot ražotāja medicīnisko preci Eiropas Savienībā, tajā skaitā Latvijas Republikas teritorijā (Iepirkuma nolikuma 3.11.1. punkts).</p> <p>Pretendenta SIA “J.I.M.” piedāvājums neatbilst pasūtītāja izvirzītajām tehniskajām prasībām šādās iepirkuma priekšmeta pozīcijās:</p> <p>6. pozīcija – nav iesniegts paraugs (Iepirkuma nolikuma 5.6.4.4. punkts);</p> <p>12. pozīcija – nav iesniegts paraugs (Iepirkuma nolikuma 5.6.4.4. punkts);</p> <p>22. pozīcija – nav iesniegts paraugs (Iepirkuma nolikuma 5.6.4.4. punkts);</p> <p>25. pozīcija – laikietilpīga un sarežģīta izpakošana, neder akūtām situācijām.</p> <p>Pretendenta SIA “LVD expo” piedāvājums neatbilst pasūtītāja izvirzītajām tehniskajām prasībām šādās iepirkuma priekšmeta pozīcijās:</p> <p>285. pozīcija – elastīgā malas barjera nav visas uzsūcošās daļas garumā;</p> <p>291. pozīcija – nav norādīts izmērs;</p>
--	--

	<p>292. pozīcija – nav norādīts izmērs;</p> <p>293. pozīcija – tilpums 500ml;</p> <p>343. pozīcija – nav iesniegts paraugs (Iepirkuma nolikuma 5.6.4.4. punkts).</p> <p>Pretendenta SIA “MAGNUM MEDICAL” piedāvājums neatbilst pasūtītāja izvirzītajām tehniskajām prasībām šādās iepirkuma priekšmeta pozīcijās:</p> <p>289. pozīcija – autiņš neabsorbē šķidrumu, virsma paliek slapja.</p> <p>Pretendenta SIA “MAGNUM MEDICAL” piedāvājums neatbilst pasūtītāja izvirzītajām kvalifikācijas prasībām šādās iepirkuma priekšmeta pozīcijās:</p> <p>558. pozīcija – CE sertifikāts derīgs līdz 08.04.2024. Iesniegtais dokuments (izdots 2024. gada 26. februārī) apliecina ražotāja juridiskās adreses maiņu un neietver atrunu par MDR 2017/745 un MDR 2023/607 attiecināmību. CE sertifikāta derīguma termiņš ir palicis tas pats – 08.04.2024.</p> <p>Pretendenta MB JAMedica piedāvājums neatbilst pasūtītāja izvirzītajām tehniskajām prasībām šādās iepirkuma priekšmeta pozīcijās:</p> <p>285. pozīcija – elastīgā malas barjera nav visas uzsūcošās daļas garumā.</p> <p>Pretendenta SIA “Medeksperts” piedāvājums neatbilst pasūtītāja izvirzītajām tehniskajām prasībām šādās iepirkuma priekšmeta pozīcijās:</p> <p>145. pozīcija – nav iesniegts paraugs (Iepirkuma nolikuma 5.6.4.4. punkts);</p> <p>342. pozīcija – nav iesniegts paraugs (Iepirkuma nolikuma 5.6.4.4. punkts);</p> <p>396. pozīcija – iesniegts bezdatu konektors;</p> <p>431. pozīcija – neatbilst pēc garuma;</p> <p>434. pozīcija – flakona caurdūrējadata nav silikonizēta. Nav šķidruma filtrs, kas integrēts Luer Lock savienotāja noslēdzējā ar hidroforu membrānu, kas neļauj medikamentiem izplūst no sistēmas to uzpildot;</p> <p>470. pozīcija – nav norādīta saderība ar Bard Magnum ierīci;</p> <p>480. pozīcija – nav norādīti izmēri, norādīts tikai maksimālais uzpildes tilpums, kas neatbilst prasībai 0,67 l, piedāvājumā 0,6 l.</p> <p>Pretendenta SIA “Medeksperts” piedāvājums neatbilst pasūtītāja izvirzītajām kvalifikācijas prasībām šādās iepirkuma priekšmeta pozīcijās:</p> <p>523. pozīcija – atbilstoši iesniegtajiem kvalifikācijas dokumentiem (preces ražotāja ES atbilstības deklarācija, datu brošūra) tiek piedāvāts nesterils produkts.</p> <p>Pretendenta SIA “MEDILINK” piedāvājums neatbilst pasūtītāja izvirzītajām tehniskajām prasībām šādās iepirkuma priekšmeta pozīcijās:</p> <p>291. pozīcija – neatbilst izmēri (15x20);</p> <p>300. pozīcija – nav autoklavējamas, norādīts, ka sterilizējamas ar gāzi;</p> <p>343. pozīcija – nav iesniegts paraugs (Iepirkuma nolikuma 5.6.4.4. punkts);</p> <p>391. pozīcija – gaisa filtrs ir 0,1µm (prasība 0,45µm);</p> <p>392. pozīcija – neatbilst izmērs; piedāvāta cita prece;</p> <p>403. pozīcija – 403.14. apakšpozīcija - piedāvā 29G 0.33x12 (prasība 30G 0.3x12mm);</p> <p>410. pozīcija – katetra materiāls piedāvāts Teflons vai PUR (prasība PUR), plūsmas ātruma variācijas pārsniedz +/- 5% robežu; ražotāja datu brošūrā nav informācijas par Rtg kontrastējošu joslu;</p> <p>490. pozīcija – nav iesniegts paraugs (Iepirkuma nolikuma 5.6.4.4. punkts);</p> <p>494. pozīcija – prasīts, lai hlorheksidīna glikonāts (CHG) ir pievienots pārsienamajā līmē, bet paraugam ir tikai centrā CHG gēla spilventiņš (polsterējums). Piefiksējot perifero i/v katetru, var secināt, ka CHG spilventiņš vispār nenosedz punkcijas vietu, tādējādi nepilda savu funkciju;</p>
--	---

	<p>502. pozīcija – nav iesniegts paraugs (Iepirkuma nolikuma 5.6.4.4. punkts);</p> <p>513. pozīcija – abrobācijas laikā no mīkstās salvetes virskārtas stūriem atdalās plēvveida apakškārta;</p> <p>522. pozīcija – nav iesniegts paraugs (Iepirkuma nolikuma 5.6.4.4. punkts).</p> <p>Pretendenta SIA “Mediq Latvija” piedāvājums neatbilst pasūtītāja izvirzītajām tehniskajām prasībām šādās iepirkuma priekšmeta pozīcijās:</p> <p>271. pozīcija – nav iesniegts paraugs (Iepirkuma nolikuma 5.6.4.4. punkts);</p> <p>272. pozīcija – nav iesniegts paraugs (Iepirkuma nolikuma 5.6.4.4. punkts);</p> <p>285. pozīcija – nav iesniegts paraugs (Iepirkuma nolikuma 5.6.4.4. punkts);</p> <p>288. pozīcija – nav visi izmēri (nav lielākā), neatbilst uzsūkšanās spēja (600,900,1400);</p> <p>302. pozīcija – tilpums 5ml, uzraksts Methanol;</p> <p>343. pozīcija – nav iesniegts paraugs (Iepirkuma nolikuma 5.6.4.4. punkts);</p> <p>369. pozīcija – nav noprādīts ražotājs, izmērs, produkta apraksts;</p> <p>434. pozīcija – neatbilst specifikācijai, jo flakona caurdūrējadatā nav silikonizēta. Nav šķidrums filtrs, kas integrēts Luer Lock savienotāja noslēdzējā ar hidroforu membrānu, kas neļauj medikamentiem izplūst no sistēmas to uzpildot. Nav gaisa aizturēšanas filtra, kas neļauj sistēmai iztecēt tukšai, tad, kad infūzijas šķidrums flakons ir iztecējis tukšs. Pilienu kamera nav aprīkota ar gredzenu, kas paredzēts infūzijas tehnikai. Noslēdzējruļļa korpusā nav paredzēta iespēja flakona korķa caurdūrējadatas ievietošana, pēc sistēmas izlietošanas, kura nodrošinot drošu izmešanu.</p> <p>457. pozīcija – šļirce divdaļīga un ar Luer Lock uzgali;</p> <p>471. pozīcija – nav iesniegts paraugs (Iepirkuma nolikuma 5.6.4.4. punkts);</p> <p>525. pozīcija – neatbilst vajadzīgajai izmēru amplitūdai, jo tiek piedāvāti tikai 5 izmēri (A, B,C,D, E). Nepieciešami ir 9 izmēri.(1-9);</p> <p>537. pozīcija – pārsējs nesatur abpusēju mīksta silikona līpvielu. Piedāvātam pārsējam mīksta silikona pārklājums ir tikai no vienas puses;</p> <p>543. pozīcija – neatbilst formai - nepieciešams trijstūrveida formas, piedāvājumā četrstūra formas;</p> <p>547. pozīcija – nav iesniegts paraugs (Iepirkuma nolikuma 5.6.4.4. punkts);</p> <p>553. pozīcija – nav iesniegts paraugs (Iepirkuma nolikuma 5.6.4.4. punkts);</p> <p>576. pozīcija – iepakojumā pa 2 (prasība pa 5);</p> <p>578. pozīcija – komplektā tikai divas salvetes 5x5 cm, nav aizlīmējams maisiņš;</p> <p>597. pozīcija – nav iesniegts paraugs (Iepirkuma nolikuma 5.6.4.4. punkts).</p> <p>Pretendenta SIA “Mediq Latvija” piedāvājums neatbilst pasūtītāja izvirzītajām kvalifikācijas prasībām šādās iepirkuma priekšmeta pozīcijās:</p> <p>323. pozīcija – iesniegta cita ražotāja ES atbilstības deklarācija ar citiem modeļu kodiem;</p> <p>342. pozīcija – nav iesniegta ražotāja izdota ES atbilstības deklarācija precei (Iepirkuma nolikuma 3.9.1. punkts) un pilnvarojuma vēstule pretendentam par tiesībām pārdot ražotāja medicīnisko preci Eiropas Savienībā, tajā skaitā Latvijas Republikas teritorijā (Iepirkuma nolikuma 3.11.1. punkts);</p> <p>348. pozīcija – nav iesniegta ražotāja izdota ES atbilstības deklarācija precei (Iepirkuma nolikuma 3.9.1. punkts).</p> <p>Pretendenta SIA “MEDVES” piedāvājums neatbilst pasūtītāja izvirzītajām tehniskajām prasībām iepirkuma priekšmeta 198. pozīcijā –HA (uzlabotā) vietā tiek piedāvāts HG (augsti spīdīgs) papīrs.</p>
--	--

	<p>Pretendenta SIA “NMS ELPA” piedāvājums neatbilst pasūtītāja izvirzītajām tehniskajām prasībām iepirkuma priekšmeta 198. pozīcija – HA (uzlabotā) vietā tiek piedāvāts HG (augsti spīdīgs) papīrs.</p> <p>Pretendenta SIA “NMS RIGA” piedāvājums neatbilst pasūtītāja izvirzītajām tehniskajām prasībām iepirkuma priekšmeta 308. pozīcijā – neatbilst izmērs - 50x50.</p> <p>Pretendenta SIA “Olympus Sverige Aktiebolag filiāle Latvijā” piedāvājums neatbilst pasūtītāja izvirzītajām tehniskajām prasībām šādās iepirkuma priekšmeta pozīcijās:</p> <p>24. pozīcija – nav iesniegts piedāvājums par Iepirkuma tehniskās specifikācijas 24. pozīcijā ietvertajām visām apakšpozīcijām (Iepirkuma nolikuma 2.1.5. punkts);</p> <p>25. pozīcija – laikietilpīga un sarežģīta preces izpakošana, neder akūtām situācijām;</p> <p>102. pozīcija – nav iesniegts piedāvājums par Iepirkuma tehniskās specifikācijas 102. pozīcijā ietvertajām visām apakšpozīcijām (Iepirkuma nolikuma 2.1.5. punkts);</p> <p>Pretendenta SIA “Olympus Sverige Aktiebolag filiāle Latvijā” piedāvājums neatbilst pasūtītāja izvirzītajām finanšu piedāvājuma prasībām šādā iepirkuma priekšmeta pozīcijā:</p> <p>113. pozīcija – pretendents nav ievērojis Iepirkuma nolikuma 4.9. punktu- <i>Pretendents finanšu piedāvājumā vienas vienības cenu (12 kolonna “Cena par vienu vienību EUR bez PVN”) norāda ar ne vairāk kā 4 (četriem) cipariem aiz komata, bet kopējo cenu (13 kolonna “Cena kopā EUR bez PVN (4*12)”) norāda ar 2 (diviem) cipariem aiz komata EUR bez PVN.</i></p> <p>Par finanšu piedāvājuma aritmētisko precizitāti atbild pretendents. Pretendenta aizpildītā tehniskā piedāvājuma 12 kolonna ir neskaidra, savukārt, 13 kolonnā nav norādīta piedāvājuma kopsumma.</p> <p>Pretendenta SIA “OneMed” piedāvājums neatbilst pasūtītāja izvirzītajām tehniskajām prasībām iepirkuma priekšmeta 434. pozīcijā – nav šķidrums filtrs, kas integrēts Luer Lock savienotāja noslēdzējā ar hidroforu membrānu, kas neļauj medikamentiem izplūst no sistēmas to uzpildot.</p> <p>Pretendenta SIA “OneMed” piedāvājums neatbilst pasūtītāja izvirzītajām kvalifikācijas prasībām iepirkuma priekšmeta 236. pozīcijā – ražotāja izdots preces CE sertifikāts derīgs līdz 26.11.2023.</p> <p>Pretendenta SIA “Oribalt Rīga” piedāvājums neatbilst pasūtītāja izvirzītajām tehniskajām prasībām iepirkuma priekšmeta 130. pozīcijā – komplektā nav šķēres, pincete.</p> <p>Pretendenta SIA “PEAN” piedāvājums neatbilst pasūtītāja izvirzītajām tehniskajām prasībām šādās iepirkuma priekšmeta pozīcijās:</p> <p>25. pozīcija – laikietilpīga un sarežģīta izpakošana, neder akūtām situācijām;</p> <p>470. pozīcija – nav iesniegts paraugs (Iepirkuma nolikuma 5.6.4.4. punkts); atbilstoši iesniegtajai datu brošūrai piedāvā 18Gx1,27 (tehniskās specifikācijas 470.3.apakšpozīcija);</p> <p>478. pozīcija – nav iesniegts paraugs (Iepirkuma nolikuma 5.6.4.4. punkts).</p> <p>Pretendenta Prosac Productos SL piedāvājums neatbilst pasūtītāja izvirzītajām tehniskajām prasībām šādās iepirkuma priekšmeta pozīcijās:</p> <p>388. pozīcija – nav iesniegts paraugs (Iepirkuma nolikuma 5.6.4.4. punkts);</p> <p>410. pozīcija – piedāvātais katetrs var būt izgatavots no PTFE/FEP/PU (tehniskajā specifikācijā prasība- tikai PUR); daļa attēlu brošūrā ir no B BRAUN Medical;</p> <p>432. pozīcija – nav iesniegts paraugs (Iepirkuma nolikuma 5.6.4.4. punkts);</p> <p>433. pozīcija – nav iesniegts paraugs (Iepirkuma nolikuma 5.6.4.4. punkts);</p> <p>487. pozīcija – nav iesniegts paraugs (Iepirkuma nolikuma 5.6.4.4. punkts);</p> <p>495. pozīcija – nav iesniegts paraugs (Iepirkuma nolikuma 5.6.4.4. punkts).</p>
--	--

	<p>Pretendenta Prosac Productos SL piedāvājums neatbilst pasūtītāja izvirzītajām kvalifikācijas prasībām šādās iepirkuma priekšmeta pozīcijās:</p> <p>388. pozīcija – nav iesniegta preces ražotāja izdota preces ES atbilstības deklarācija (Iepirkuma nolikuma 3.9.1. punkts).</p> <p>432. pozīcija – nav iesniegta preces ražotāja izdota preces ES atbilstības deklarācija (Iepirkuma nolikuma 3.9.1. punkts).</p> <p>433. pozīcija – nav iesniegta preces ražotāja izdota preces ES atbilstības deklarācija (Iepirkuma nolikuma 3.9.1. punkts).</p> <p>487. pozīcija – nav iesniegts tehniskajā piedāvājumā norādītais preces CE sertifikāts (Iepirkuma nolikuma 3.7.1. punkts); nav iesniegta ražotāja izdota preces ES atbilstības deklarācija (Iepirkuma nolikuma 3.9.1. punkts);</p> <p>495. pozīcija – nav iesniegta preces ražotāja izdota preces ES atbilstības deklarācija (Iepirkuma nolikuma 3.9.1. punkts).</p> <p>Pretendenta SIA “PULSAR-RĪGA” piedāvājums neatbilst pasūtītāja izvirzītajām tehniskajām prasībām šādās iepirkuma priekšmeta pozīcijās:</p> <p>7. pozīcija – nav iesniegts paraugs (Iepirkuma nolikuma 5.6.4.4. punkts);</p> <p>141. pozīcija – elektrodi jāmaina biežāk nekā 24 stundas, elektrodi atlīp;</p> <p>186. pozīcija – tiek piedāvāts krems, ko lieto elektrokardiogrāfijas pierakstam;</p> <p>198. pozīcija – nav iesniegts paraugs (Iepirkuma nolikuma 5.6.4.4. punkts);</p> <p>344. pozīcija – paraugam klāt nav pumpja ar ko var uzpumpēt vannīņu, nav ūdens maisa.</p> <p>Pretendenta SIA “PULSAR-RĪGA” piedāvājums neatbilst pasūtītāja izvirzītajām kvalifikācijas prasībām šādās iepirkuma priekšmeta pozīcijās:</p> <p>108. pozīcija – kvalifikācijas dokumenti satur informāciju par preces ražošanas pārtraukšanu. Minētais negarantē preces piegādi Iepirkuma dokumentos noteiktajam periodam- 24 mēnešiem;</p> <p>184. pozīcija – nav iesniegta ražotāja ES atbilstības deklarācija piedāvātajai precei (Iepirkuma nolikuma 3.9.1.punkts);</p> <p>187. pozīcija – nav iesniegts ražotājam izdots CE sertifikāts piedāvātajai precei (Iepirkuma nolikuma 3.7.1.punkts);</p> <p>202. un 203. pozīcija – kvalifikācijas dokumenti satur informāciju par preces ražošanas pārtraukšanu. Minētais negarantē preces piegādi Iepirkuma dokumentos noteiktajam periodam- 24 mēnešiem;</p> <p>385. pozīcija – nav ražotāja pilnvarojuma vēstule par tiesībām pārdot ražotāja medicīnisko preci Eiropas Savienībā, tajā skaitā Latvijas Republikas teritorijā (Iepirkuma nolikuma 3.11.1.punkts).</p> <p>Pretendenta SIA “R.A.L.” piedāvājums neatbilst pasūtītāja izvirzītajām tehniskajām prasībām šādās iepirkuma priekšmeta pozīcijās:</p> <p>260. pozīcija – neatbilst izmēri (piedāvājums 7 cm x 38 cm, 12 cm x 29 cm, 16 cm x 26 cm);</p> <p>313. pozīcija – nav iesniegts paraugs (Iepirkuma nolikuma 5.6.4.4. punkts);</p> <p>525. pozīcija – neatbilst nepieciešamajai izmēru amplitūdai, jo tiek piedāvāti tikai 4 izmēri (A, B,C,D,). Nepieciešami 9 izmēri (1-9);</p> <p>533. pozīcija – nav datu, ka absorbējošā polsterī ir iestrādātas superabsorbenta daļiņas un šķiedras. Aprobācijas laikā šķidrums slikti uzsūcās, kompresijas apstākļos šķidrums izdalījās uz ādas virsmas un macerēja to. Tika iesniegti paraugi ar citu izmēru, pārsniedzot pieļaujamo +/- 2cm.</p> <p>536. pozīcija – pārsēja kontaktvirsmas pārklāta ar hipoalerģisku līmi, nevis ar mīksta silikona pārklājumu;</p> <p>537. pozīcija – pārsējs nesatur abpusēju mīksta silikona līpvielu. Piedāvātam pārsējam mīksta silikona pārklājums ir tikai no vienas puses;</p>
--	--

	<p>546. pozīcija – neatbilst pārsēja izmērs.</p> <p>Pretendenta SIA “R.A.L.” piedāvājums neatbilst pasūtītāja izvirzītajām kvalifikācijas prasībām iepirkuma priekšmeta 338. pozīcijā – ražotājam nav pilnvarotā pārstāvja Eiropas Savienībā (Eiropas Parlamenta un Padomes (ES) Regulas 2017/745 IV PIELIKUMA 1. punkts).</p> <p>Pamatojoties uz tehnisku kļūdu, 2024. gada 3. septembra konkursa ziņojumā nav iekļauta informācija, ka pretendenta SIA “R.A.L.” piedāvājums neatbilst pasūtītāja izvirzītajām finanšu piedāvājuma prasībām iepirkuma priekšmeta 539. pozīcijā, jo nav norādīta vienas vienības cena un kopsumma iepirkuma priekšmeta 539. pozīcijas 539.1. apakšpozīcijā.</p> <p>Pretendenta SIA “Scanmed” piedāvājums neatbilst pasūtītāja izvirzītajām tehniskajām prasībām šādās iepirkuma priekšmeta pozīcijās:</p> <p>320. pozīcija – nav iesniegts paraugs (Iepirkuma nolikuma 5.6.4.4. punkts);</p> <p>470. pozīcija – nav iesniegts paraugs (Iepirkuma nolikuma 5.6.4.4. punkts);</p> <p>475. pozīcija – nav iesniegts paraugs (Iepirkuma nolikuma 5.6.4.4. punkts).</p> <p>Pretendenta SIA “TAMRO” piedāvājums neatbilst pasūtītāja izvirzītajām tehniskajām prasībām šādās iepirkuma priekšmeta pozīcijās:</p> <p>289. pozīcija – autiņš neabsorbē šķidrumu, virsma slapja;</p> <p>340. pozīcija – nav iesniegts paraugs (Iepirkuma nolikuma 5.6.4.4. punkts).</p> <p>Pretendenta SIA “TRADINTEK” piedāvājums neatbilst pasūtītāja izvirzītajām tehniskajām prasībām šādās iepirkuma priekšmeta pozīcijās:</p> <p>438. pozīcija – neatbilst specifikācijai, jo infūzijas sistēmas ātrumu nevar noregulēt uz nepieciešamajiem 270 ml/h, jo uz regulatora ir solis no 250 ml/h uzreiz uz 350ml/h. Sakarā ar to, ka sistēma nav aprīkota ar plastikāta satveršanas rokturi (prasība), viegla un precīza plūsmas regulēšana, izmantojot vienas rokas tehniku, nav iespējamā;</p> <p>439. pozīcija – neatbilst, jo nevar noregulēt minimālo un maksimālo plūsmas ātrumu; plūsmas regulēšanā nav iespējams izmantot vienas rokas tehniku.</p> <p>Pretendenta SIA “TZMO Latvija” piedāvājums neatbilst pasūtītāja izvirzītajām tehniskajām prasībām šādās iepirkuma priekšmeta pozīcijās:</p> <p>285. pozīcija – elastīgā malas barjera nav izliekta, iekšējās aizsargbarjeras ir uz āru iešūtiem galiem;</p> <p>288. pozīcija – nav stepējuma un nesaglabā virsmu sausu, paliek slapja;</p> <p>289. pozīcija – autiņš neabsorbē šķidrumu, virsma slapja, nav aizsargbarjeras;</p> <p>341. pozīcija – neatbilst izmērs;</p> <p>540. pozīcija – piedāvātais pārsējs ir hidrocoloīds pārsējs, kas veicina brūču autolīzi. Tehniskajā specifikācijā nav prasība - hidrocoloīdais slānis.</p> <p>541. pozīcija –papildus nav sniegta informāciju par aktīvās vielas - sudraba koncentrāciju putu slānī, gan līpvirsmā (mg/cm²). Pārsējam nav mīksta silikona kontaktvirsmas.</p> <p>Pretendenta UAB “Ilsanta” filiāle piedāvājums neatbilst pasūtītāja izvirzītajām tehniskajām prasībām šādās iepirkuma priekšmeta pozīcijās:</p> <p>13. pozīcija – nav iesniegts paraugs (Iepirkuma nolikuma 5.6.4.4. punkts).</p> <p>Pretendenta UAB “Ilsanta” filiāle piedāvājums neatbilst pasūtītāja izvirzītajām kvalifikācijas prasībām šādās iepirkuma priekšmeta pozīcijās:</p> <p>74. pozīcija – iesniegtajā derīgajā ražotāja izdotajā preces ES atbilstības deklarācijā (MDR) ir atsauce uz CE sertifikātu, kurš nav iesniegts (Iepirkuma nolikuma 3.7.1. punkts);</p> <p>84. pozīcija – iesniegtajā derīgajā ražotāja izdotajā preces ES atbilstības deklarācijā (MDR) ir atsauce uz CE sertifikātiem, kuri nav iesniegti (Iepirkuma nolikuma 3.7.1. punkts).</p>
--	---

Atsauktie piedāvājumi	NA
Pamatojums tam, kādas sabiedrības drošības un veselības aizsardzības intereses tiktu apdraudētas, rīkojot atkārtotu iepirkumu, ja pasūtītājs saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 41. panta divpadsmitās daļas 2. punktu nepārtrauc iepirkuma procedūru, jo iepirkuma procedūras pārtraukšana apdraudētu sabiedrības drošības vai veselības aizsardzības intereses	NA
Lēmuma pamatojums, ja pasūtītājs pieņēmis lēmumu pārtraukt vai izbeigt iepirkuma procedūru	<p>Iepirkuma procedūra iepirkuma priekšmeta 5., 16., 17., 19., 23., 29., 31., 32., 33., 35., 36., 38., 39., 40., 42., 45., 54., 62., 64., 92., 93., 94., 96., 103., 109., 110., 124., 183., 214., 219., 238., 243., 244., 245., 253., 259., 275., 279., 301., 303., 309., 311., 321., 332., 334., 356., 359., 362., 377., 378., 381., 382., 397., 398., 473., 474., 476., 479., 481., 488., 499., 517., 564., 565., 68., 572., 580., 591., 592., 593., 594., 598., 599., 600., 601., 602., 603., 604., 605., 606., 607., 608., 609., 610., 611., 612., 614., 618., 619., 620., 621., 622., 623., 624., 625., 626., 627., 628., 629., 630., 631., 632., 633., 634., 635., 636., 637., 638., 639., 640., 641., 642., 643., 644., 645., 646., 647., 648., 649., 650., 651., 652., 653., 654., 655., 656., 657., 658., 659., 660., 661., 662., 663., 664., 665., 667., 668., 669., 670., 671., 672., 673., 674., 675., 676., 677., 678., 679., 680., 681., 682., 684., 691., 692., 693., 695., 696., 697., 698., 704., 713., 714. un 715. pozīcijā izbeigta bez rezultāta, pamatojoties uz Ministru kabineta 2017. gada 28. februāra noteikumu Nr. 107 "Iepirkuma procedūru un metu konkursu norises kārtība" 229.1. punktā noteikto, jo minētajā pozīcijā piedāvājumi nav iesniegti.</p> <p>Iepirkuma procedūra iepirkuma priekšmeta 6., 84., 102., 108., 113., 128., 202., 203., 251., 289., 258., 385., 428., 483., 558., 572. un 617. pozīcijā izbeigta bez rezultāta, pamatojoties uz Ministru kabineta 2017. gada 28. februāra noteikumu Nr. 107 "Iepirkuma procedūru un metu konkursu norises kārtība" 229.4. punktā noteikto, jo pretendentu iesniegtie piedāvājumi neatbilst iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām.</p> <p>Pamatojoties uz Ministru kabineta 2017. gada 28. februāra noteikumu Nr. 107 "Iepirkuma procedūru un metu konkursu norises kārtība" 230. punktā noteikto Iepirkuma procedūra Iepirkuma priekšmeta 21., 95., 263., 281., 282., 373., 374. un 430. pozīcijā pārtraukta, jo zudusi nepieciešamība preces iegādei šī iepirkuma ietvaros.</p>
Piedāvājuma noraidīšanas pamatojums, ja pasūtītājs atzinis piedāvājumu par nepamatoti lētu	NA
Iemesli, kuru dēļ netiek paredzēta elektroniska piedāvājumu iesniegšana, ja pasūtītājam ir pienākums izmantot piedāvājumu saņemšanai elektroniskās informācijas sistēmas;	NA

Konstatētie interešu konflikti un pasākumi, kas veikti to novēršanai.	NA
---	----

Komisijas priekšsēdētāja

I. Budzila

Atklāta konkursa ziņojuma sagatavotāja

I. Lange