

Iepirkuma procedūras ziņojums
„Reaģentu, kalibratoru, kontroles materiālu, piederumu un tehnoloģisko šķīdumu piegāde asins/asins komponentu
donoru obligāto infekciju seroloģisko marķieru automatizētai izmeklēšanai”
 (identifikācijas Nr. VADC 2025/26) (turpmāk – iepirkums)
iepirkumu komisijas (turpmāk – komisija)
 Rīgā

Datums:	23.12.2025.
Norises vieta:	VADC, Sēlpils iela 9, Rīga
Vada:	Komisijas priekšsēdētājs Dmitrijs Sliņko
Dalībnieki:	Komisijas sastāvs (pamatojoties uz Valsts asinsdonoru centra direktores 2025. gada 11. jūnija rīkojumu Nr. 1-4.2/28 „Par Iepirkumu komisiju”):
	Vārds Uzvārds, amats, komisijas locekļa loma
	Dmitrijs Sliņko – Laboratoriju departamenta direktors, komisijas priekšsēdētājs
	Dzintars Arbidāns – Administratīvā departamenta direktors, komisijas priekšsēdētāja vietnieks
	Erlens Markovskis – Administratīvā departamenta Juridiskā atbalsta nodaļas vadītājs, komisijas loceklis
	Signe Peniķe – Kvalitātes un risku vadības departamenta procesu kvalitātes vadības inženieris, komisijas locekle
Protokolē:	Māris Ignatovičs – Administratīvā departamenta Juridiskā atbalsta nodaļas vecākais iepirkumu speciālists, komisijas loceklis.
Protokolē:	Komisijas loceklis – sekretārs Māris Ignatovičs

2025.gada 23.septembra sēde.

Darba kārtība/ sanāksmē apspriestais:
Komisijas sēdes darba kārtība: Iepirkuma nolikuma apstiprināšana. Komisijas lēmums. Komisijas sēdes norise: Komisijas priekšsēdētājs D. Sliņko informē, ka saskaņā ar VADC direktores apstiprinātu iesniegumu V-215 “Pieprasījums iepirkumam”, ir nepieciešams organizēt reaģentu, kalibratoru, kontroles materiālu, piederumu un tehnoloģisko šķīdumu piegāde asins/asins komponentu donoru obligāto infekciju seroloģisko marķieru automatizētai izmeklēšanai iepirkumu. M. Ignatovičs informē, ka Iepirkums, ņemot vērā paredzamo līgumcenu, veicams Publisko iepirkumu likuma kārtībā kā atklāts konkurss (ES slietnis), paredzot elektronisku piedāvājumu iesniegšanu Valsts reģionālās attīstības aģentūras mājaslapā pieejamās Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmā. Komisija izskata iepirkuma nolikuma projektu un balso par iepirkuma nolikuma apstiprināšanu.
Pieņemtie lēmumi:
Komisija vienbalsīgi nolēmj apstiprināt iepirkuma nolikumu. Uzdot M. Ignatovičam: Sagatavot paziņojumu par plānoto līgumu Iepirkumu uzraudzības biroja Publikāciju vadības sistēmā; Publicēt iepirkuma dokumentāciju un citu nepieciešamo informāciju EIS e-konkursu apakšsistēmā. Par – 5 balsis; pret – nav

2025.gada 23.oktobra sēde.

Darba kārtība/ sanāksmē apspriestais:
Komisijas sēdes darba kārtība: Iepirkuma nolikuma grozījumu apstiprināšana. Komisijas lēmums. Komisijas sēdes norise: Komisijas priekšsēdētājs D. Sliņko informē, ka nepieciešams precizēt Iepirkuma nolikuma finanšu piedāvājuma formu, norādot tajā sadaļu papildus reaģentiem. Komisija izskata iepirkuma nolikuma grozījumu projektu un balso par iepirkuma nolikuma grozījumu apstiprināšanu.
Pieņemtie lēmumi:
Komisija vienbalsīgi nolēmj apstiprināt iepirkuma nolikumu. Uzdot M. Ignatovičam: Sagatavot paziņojumu par Iepirkuma dokumentācijas grozījumiem Iepirkumu uzraudzības biroja Publikāciju vadības sistēmā; Publicēt iepirkuma dokumentācijas grozījumus EIS e-konkursu apakšsistēmā. Par – 5 balsis; pret – nav

2025.gada 3.novembra sēde.

Darba kārtība/ sanāksmē apspriestais:
Komisijas sēdes darba kārtība: Atbildes uz ieinteresētās personas jautājumiem.

Komisijas lēmums.

Komisijas sēdes norise:

M. Ignatovičs informē, ka EIS sistēmā saņemti ieinteresētās personas jautājumi par Iepirkuma nolikumu. Pēc debatēm Iepirkuma nolēmji sniegt šādas atbildes:

Ieinteresētās personas jautājums / ierosinājums	Iepirkuma komisijas atbilde
Nolikuma punkts 7.1.2. Piedāvājuma izvērtēšanas kritērijs: saimnieciski izdevīgākais piedāvājums, ko nosaka pēc zemākas kopējās cenas bez PVN. Vai pareizi saprotam, ka tiks vērtēta kopējā piedāvājuma cena bez PVN, t.i. 1. daļas <i>Reaģenti, kalibratori, kontroles materiāli, piederumi un tehnoloģiskie šķīdumi</i> un 2.daļas <i>Papildus reaģenti</i> kopējā summa? Vai tomēr tiks vērtēta atsevišķi 1. daļas <i>Reaģenti, kalibratori, kontroles materiāli, piederumi un tehnoloģiskie šķīdumi</i> un atsevišķi 2. daļas <i>Papildus reaģenti</i> piedāvājuma cena bez PVN?	Iepirkums nav sadalīts daļās, līdz ar to tiks vērtēta kopējā piedāvājuma cena bez PVN par abām tehniskās specifikācijas pozīcijām kopā.
Vai finanšu piedāvājumā pie 2. daļas <i>Papildus reaģenti</i> nepieciešams norādīt arī kalibratorus, kontroles materiālus, piederumus, kas nepieciešami šiem diviem testiem?	Finanšu piedāvājumā, 2.pozīcijā " <i>Papildus reaģenti</i> " jānorāda visi nepieciešamie materiāli, kas nepieciešami testu veikšanai.

Pieņemtie lēmumi:

Komisija vienbalsīgi nolēm apstiprināt atbildes uz uzdotajiem jautājumiem.

Uzdot M. Ignatovičam publicēt uzdotos jautājumus un uz tiem sniegtās atbildes EIS sistēmā:

Par – 4 balsis; pret – nav

2025.gada 12.novembra sēde.

Sanāksmes sākuma laiks: 12.11.2025 plkst. 13:00

Vieta (adrese): Rīga, Sēlpils iela 9 (LATVIJA), LV-1007

Sanāksmē piedalās: Māris Ignatovičs

Sanāksmi protokolē: Māris Ignatovičs

Darba kārtībā: iepirkuma „Reaģentu, kalibratoru, kontroles materiālu, piederumu un tehnoloģisko šķīdumu piegāde asins/asins komponentu donoru obligāto infekciju seroloģisko marķieru automatizētai izmeklēšanai” (Atklāts konkurss. Id. Nr. VADC 2025/26) iesniegto piedāvājumu atvēršana un nosaukšana.

Uz piedāvājuma atvēršanas sanāksmi ieradusās šādas personas: tādu personu nav.

Komisija atver piedāvājumus, kas iesniegti nolikumā noteiktajā termiņā -2025.gada 12.novembris plkst. 09:00.

Piedāvājumu ir iesnieguši šādi pretendenti:

N.p.k.	Pretendents	Piedāvājuma iesniegšanas veids	Piedāvājuma iesniegšanas datums un laiks
1.	"Roche Latvija" SIA	Sistēmā	10.11.2025 plkst. 22:22
2.	"Tamro" SIA	Sistēmā	11.11.2025 plkst. 15:42

Pielikumā: Pretendenta/-u finanšu piedāvājumu apkopojums.

Sanāksmes beigu laiks: 13:00

Pielikums - Pretendenta/-u finanšu piedāvājumu apkopojums

Daļai Nr. 1 - Iepirkums

Pretendents	Iesniegšanas datums un laiks	Finanšu piedāvājums
"Roche Latvija" SIA	10.11.2025 plkst. 22:22	EUR 1 183 140.00
"Tamro" SIA	11.11.2025 plkst. 15:42	EUR 778 968.75

Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmas ģenerēts apkopojums

Apkopojuma sagatavošanas laiks: 12.11.2025; 13:09

2025.gada 20.novembra sēde.

Darba kārtība/ sanāksmē apspriestais:

Komisijas sēdes darba kārtība:

Pretendentu piedāvājumu vērtēšana.

Komisijas sēdes norise:

M. Ignatovičs informē, ka Iepirkumam saņemti divi piedāvājumi:

Pretendents	Iesniegšanas datums un laiks	Finanšu piedāvājums
"Roche Latvija" SIA	10.11.2025 plkst. 22:22	EUR 1 183 140.00
"Tamro" SIA	11.11.2025 plkst. 15:42	EUR 778 968.75

Iepirkuma komisija iepazīstas ar pretendentu piedāvājumiem un secina, ka nepieciešams pieprasīt no pretendentiem skaidrojumus un papildus informāciju:

SIA "Tamro" nepieciešams lūgt skaidrojumus šādos jautājumos:

1. Kāds ir reaģentu patēriņš (testu skaits) vienai pilnai kalibrācijai ar ražotāja noteiktiem atkārtojumiem, lai izveidotu kalibrācijas līkni?

Testa nosaukums	Kalibrācijas princips	Testu skaits (testu patēriņš) vienai pilnai kalibrācijai
a-HCV	Cutoff RLU = Calibrator 1 Mean RLU x 0.20	
HBsAg	Cutoff RLU = (Calibrator 1 mean RLU x 0.0575) + (Calibrator 2 mean RLU x 0.8)	
HIV	Cutoff RLU = Calibrator 1 Mean RLU x 0.40	
SYPH	Cutoff RLU = Calibrator 1 Mean RLU x 0.20	
a-HBc	Cutoff RLU = Calibrator 1 Mean RLU x 1.0	
a-HBs	4 Parameter Logistic Curve fit data reduction method (4PLC, X-weighted) to generate a calibration and results	

2. Saistībā ar to, ka atšķaidīta buferšķīduma (diluted wash buffer) patēriņš visiem testiem nav vienāds, lūdzam norādīt atšķaidīta buferšķīduma (diluted wash buffer) patēriņu katram testam:

Testa nosaukums	Atšķaidīta buferšķīduma (diluted wash buffer) patēriņš, mL vienam testam – testa pilnam mazgāšanas ciklam
a-HCV	
HBsAg	
HIV	
SYPH	
a-HBc	
a-HBs	

The exact volume of diluted wash buffer for each test on an Alinity i series is not a single fixed number; it varies by assay and depends on the instrument's internal programming. The system automatically dispenses the correct amount for each reaction, and it is crucial to maintain the proper concentration of the diluted wash buffer in the designated reservoir, not a specific volume for each individual test.

Automated process: The Alinity i system automatically manages the wash buffer dispensing for each test based on the specific assay being run.

Precīzs atšķaidītā mazgāšanas buferšķīduma tilpums katram Alinity i sērijas testam nav viens fiksēts skaitlis; Tas atšķiras atkarībā no testa un ir atkarīgs no instrumenta iekšējās programmēšanas. Sistēma automātiski izdala pareizo daudzumu katrai reakcijai, un ir svarīgi saglabāt pareizu atšķaidītā mazgāšanas bufera koncentrāciju norādītajā rezervuārā, nevis konkrētu tilpumu katram atsevišķam testam.

Automatizēts process: Alinity i sistēma automātiski pārvalda mazgāšanas bufera izsniegšanu katram testam, pamatojoties uz konkrēto testu.

SIA “Roche Latvija” nepieciešams lūgt skaidrojumus šādos jautājumos:

Pretendenta piedāvājumā iesniegtajā datnē “VADC_2025_26_Testi_daudzumi_APREKINI” reaģentu daudzums reaģentiem CleanCell M 2x2 L; Elecsys,cobas e; PreClean M G2 2x2L Elecsys E2G un ProCell M G2 2x2L Elecsys E2G ar norādīto tilpumu:

CleanCell M 2x2 L Elecsys,cobas e 2 L = 800 testiem x 2;

PreClean M G2 2x2L Elecsys E2G 2 L = 2000 testiem x 2;

ProCell M G2 2x2L Elecsys E2G 2 L = 1000 testiem x 2,

tika dalīts uz kopējo testu skaitu gadā, ieskaitot paredzētas kalibrācijas un Kvalitātes kontroļu veikšanu – 281592 gab.:

	Testi uz QC	Testi priekš Kal	Testi kopā pac+Kal+QC		Piedāvāti reaģenti:	
	396 DIENAS (jo 264+132) jo katru otro dienu jāveic QC SB reaģentam					
	Donoriem testi	3168	64		Iepak gadā	Noapaloti iepak 1 gadā
	52000	3168	64	55 232	184,11	184
	2600	1056	96	3 752	12,51	13
	52000	3168	64	55 232	184,11	184
	52000	3168	64	55 232	184,11	184
	52000	4752	160	56 912	189,71	190
	52000	3168	64	55 232	184,11	184
			281 592			55 200
AssayTip/AssayCup tray	3780		74,4952381		Piedāvāti palīgpiederumi:	80
CleanCell M 2x2 L Elecsys,cobas e	2 L = 800 testiem		175,995			180
ISE cleaning solution Sys Clean			1			1
						2
						4
PreClean M G2 2x2L Elecsys E2G	2 L = 2000 testiem		70,398			70
ProCell M G2 2x2L Elecsys E2G	2 L = 1000 testiem		140,796			140
						2
						1
						4

Specifications of the ECL measuring system

Specification of ECL measuring system	
Measuring cell	ECL measuring cell V7.0
Number of measuring channels	2
Cycle time per measuring channel	24 s
Overall cycle time (2 measuring channels)	12 s
Max. throughput	300 tests/h
Temperature of detection unit	28 °C ± 0.5 °C 82.4 °F ± 0.9 °F
Temperature control (detection unit)	Aluminum panel, air circulation
Tests per PreClean bottle	~2000
Tests per ProCell bottle	~1000

Specifications of the ECL measuring system of the e 801 analytical unit

Specifications339

Specification of ECL measuring system

Tests per CleanCell bottle

~800

Specifications of the ECL measuring system of the e 801 analytical unit

Related topics

About the e 801 analytical unit (202)

Lūgt pretendentu skaidrot:

1. Vai finanšu piedāvājumā norādītajos daudzumos, atbilstoši Tehniskās specifikācijas 5.3. punktam un Finanšu piedāvājuma aprēķina nosacījumiem, ir iekļauts nosacījums: “Piegādātājs iekļauj savā finanšu piedāvājumā tādu reaģentu un piederumu daudzumu, kas nodrošina donoru paraugu izmeklēšanu, ievērojot izmeklēšanas sistēmā paredzētu sagatavošanu paraugu izmeklēšanai (kvalitātes kontroļu veikšanu, kalibrēšanu (ja to paredz tehnoloģija), ierīču sagatavošanu darbam (ieslēgšana, izslēgšana un citas tehniskās darbības ierīču uzturēšanai darba režīmā)?”
2. Vai Iepirkuma komisija pareizi saprot, ka tie reaģenti un materiāli, kuru cena Finanšu piedāvājumā norādīta EUR 0,00, tiek piedāvāti bez maskas?

Pieņemtie lēmumi:

Uzdot M. Ignatovičam nosūtīt pretendentiem vēstules ar lūgumu sniegt skaidrojumus un papildus informāciju. Atgriezties pie piedāvājumu vērtēšanas pēc atbilstošu saņemšanas.

Par – 4 balsis; pret – nav

2025.gada 2.decembra sēde.

Darba kārtība/ sanāsmē apspriestais:

Komisijas sēdes darba kārtība:

1. Pretendentu piedāvājumu vērtēšana.

Komisijas sēdes norise:

M. Ignatovičs informē, ka ir saņemtas pretendentu atbildes uz uzdotajiem jautājumiem. Iepirkuma komisija iepazīstas ar sniegtajām atbildēm un secina, ka iesniegtie skaidrojumi nav pietiekami piedāvājumu objektīvai izvērtēšanai un nepieciešams lūgt pretendentiem vēl papildus informāciju:

SIA “Tamro”:

1. Iepirkuma tehniskajā specifikācijā nav testa BhGC, līdz ar ko lūdzam norādīt atšķaidīta buferšķiduma (diluted wash buffer) patēriņu katram testam:

Testa nosaukums	Atšķaidīta buferšķiduma (diluted wash buffer) patēriņš, mL vienam testam – testa pilnam mazgāšanas ciklam
a-HCV	
HBsAg	
HIV	
SYPH	
a-HBc	
a-HBs	

2. Vai Jūsu skaidrojumā iesniegtajā tabulā ir norādīts atšķaidīta buferšķiduma patēriņš tieši katra testa mazgāšanas ciklā un kā tabulā norādītie skaitļi attiecas tieši uz Iepirkuma testu sarakstu?

Assay File Activity	Diluted Wash Buffer Consumed (µL)
Sample Long Wash	15600
Sample Short Wash	7400
R1/R2 Wash	5400
Individual WashZone Dispense (Up to 5 Dispenses per WZ, Up to 2 WZ used per test)	0-1300

3. Vai piedāvātās iekārtas ir aprīkotas ar “induction heater wash cup”?
4. Jūs savā atbildē skaidrojat, ka - “Mazgāšanas buferi var izmantot dažādiem citiem mērķiem, tostarp inicializēšanai un apkopes un diagnostikas procedūrām (M&D), tāpēc ir grūti noteikt, cik testu var veikt ar vienu koncentrēta mazgāšanas bufera iepakojumu vai cik ml tieši nepieciešams konkrēta testa rezultāta iegūšanai”. Iepirkuma komisija līdz ar to ir jautājums vai un kā finanšu piedāvājumā, atbilstoši Tehniskās specifikācijas 5.3. punktam, ir iekļauts nosacījums: “Piegādātājs iekļauj savā finanšu piedāvājumā tādu reaģentu un piederumu daudzumu, kas nodrošina donoru paraugu izmeklēšanu, ievērojot izmeklēšanas sistēmā paredzētu sagatavošanu paraugu izmeklēšanai (kvalitātes kontroļu veikšanu, kalibrēšanu (ja to paredz tehnoloģija), ierīču sagatavošanu darbam (ieslēgšana, izslēgšana un citas tehniskās darbības ierīču uzturēšanai darba režīmā) attiecībā uz šo reaģentu daudzumu:

Alinity Pre-Trigger Solution 06P12-70

Alinity Trigger Solution 06P11-70

Alinity i Concentrated Wash Buffer 06P13-68?

Nepieciešamības gadījumā lūdzam sniegt detalizētu aprēķinu.

5. Lūdzam iesniegt aprēķinus II.sadaļas Finanšu piedāvājums papildus reaģentiem pozīcijās Nr. 2., 5., 7.:

2.	Alinity i Anti-HBs Reagent	07P8922
5.	Alinity i Anti-HBc Control Kit	07P87-10
7.	Alinity i Anti-HBs Control Kit	07P89-10

2.	Alinity i Anti-HBs Reagent	07P8922	2 x 100 tests	3,600 tests	200	18	283.50	21%	5,103.00
5.	Alinity i Anti-HBc Control Kit	07P87-10	2 x 8 ml	64 ml	16	4	52.50	21%	210.00
7.	Alinity i Anti-HBs Control Kit	07P89-10	3 x 8 ml	96 ml	24	4	52.50	21%	210.00

Atbilstoši Pasūtītāja aprēķiniem:

a-HBs norādīto 18 komplektu vietā nepieciešami 23 komplekti:

Analys	n QC each D	Days 1Y	QC Total 1 INSTR 1Y	QC Total ALL (Z) INSTR 1Y	n CAL Tests	n CAL 1Y (each M)	Tests for CAL 1 INSTR 1Y	Tests for CAL ALL (Z) INSTR 1Y	Donor Test 1 D	Donor Tests 1 Y	ALL TESTS 1 Y	Tests per KIT	n KITS	OFFERED Tests	[+ or -]	[+ tests per D]	Tests Per KIT	n KITS	Tests	[+ or -]
a-HBc	2	264	528	1 056	3	12	36	72	197	52 008	53 136	1 200	46	55 200	OK	2064	8			
a-HBs	3	264	792	1 584	12	12	144	288	10	2 640	4 512	200	18	3 600	<	-912	-3	200	23	4600

a-HBc QC nepieciešams vēl viens papildus iepakojums, a-HBs vēl divi papildus iepakojumi:

										OFFERED , mL	Priority, mL	R, mL	Calculated by Customer	Routine < 3 h, mL	R, mL	Because must to ADD QC after new RG CAL
5.	Alinity i Anti-HBc Control Kit	07P87-10	2 x 8 ml	64 ml	16	4	52.5	21%	210.00	64	48,3	15,7	OK	69	-5	<
7.	Alinity i Anti-HBs Control Kit	07P89-10	3 x 8 ml	96 ml	24	4	52.5	21%	210.00	96	53,268	42,732	OK	124,2	-28,2	<

6. Pasūtītājs neizprot Jūsu iepriekš sniegto skaidrojumu:

Pamatojoties uz ikdienas praksi, klienti aprēķina nepieciešamo mazgāšanas bufera daudzumu, ņemot vērā šādu vidējo informāciju:

List #	Description	Pack size	# of tests	Packs required for # of tests
06P1368	Concentrated Wash Buffer	2 x 2.0 L	1400	1

Pasūtītāja ieskatā patēriņš jāaprēķina nevis no klienta ikdienas prakses, bet ņemot vērā Ražotāja oficiālos tehniskos dokumentus, piemēram, Ražotāja lietošanas instrukciju kur aprakstīti konkrēti reaģentu patēriņi katrai Instrumenta darbībai, testu apraksti un testu aplikācijas. Atbilstoši Iepirkuma nolikumam, šis aprēķins jāveic pretendentam gatavojot piedāvājumu, atbilstoši Tehniskajā specifikācijā norādīto testu skaitu un ievērojot Tehniskās specifikācijas 5.3.punktu.

System flush (i-series) – iekārtas ieslēgšana, izslēgšana un uzturēšana

A system flush is an automated process that removes bubbles that may be present. The system performs periodic flushes on all pipettors by pumping wash buffer through the pipettor probes into the wash cups. To flush the wash zone assemblies and the Pre-Trigger and Trigger manifold, the system pumps fluid through a bypass valve and into the waste line.

Wash buffer, Pre-Trigger Solution, and Trigger Solution are flushed automatically when one of the following situations occurs:

- After 8 hours of inactivity when the instrument status of the processing module is Running
- The first time that the instrument status of the processing module transitions to Running after the module is powered on

NOTE: The bulk solution transfer point is above the lowest detectable level of the reservoir.

Flushes are not performed for bulk solution transfers that occur when the instrument status of the processing module is Processing.

Each flush requires the following amounts:

- 237.2 mL of diluted wash buffer

- 27.5 mL of Pre-Trigger Solution

- 27.5 mL of Trigger Solution

NOTE: After each flush, an additional 37 mL of diluted wash buffer and 5 mL of Trigger Solution is used to wash the probes. If the Alinity i processing module includes the induction heater wash cup, an additional 8.2 mL of diluted wash buffer is used.

System prime (i-series) – katram testam

A system prime is an automated process that removes air from wash zone delivery nozzles, Pre Trigger delivery nozzles, and Trigger delivery nozzles. To perform a prime, the system pushes fluid through the delivery nozzles and into a reaction vessel (RV). Then, the RV is discarded automatically.

The wash zone delivery nozzles, the Pre-Trigger delivery nozzles, and Trigger delivery nozzles are primed when the instrument status of the system transitions from Running to Processing.

Each prime requires the following amounts:

- 3.0 mL of diluted wash buffer
- 0.5 mL of Pre-Trigger Solution
- 0.5 mL of Trigger Solution

SIA “Roche Latvija”:

1. Kāds ir reaģentu patēriņš (testu skaits) vienai pilnai kalibrācijai ar ražotāja noteiktiem atkātojumiem, lai izveidotu kalibrācijas līkni?

Testa nosaukums	Testu skaits (testu patēriņš) vienai pilnai kalibrācijai
a-HCV	
HBsAg	
HIV	
SYPH	
a-HBc	
a-HBs	

2. Kāds ir reaģentu patēriņš, lai nodrošinātu lai nodrošinātu Tehniskās specifikācijas 5.3.punktu (*Piegādātājs iekļauj savā finanšu piedāvājumā tādu reaģentu un piederumu daudzumu, kas nodrošina donoru paraugu izmeklēšanu, ievērojot izmeklēšanas sistēmā paredzētu sagatavošanu paraugu izmeklēšanai (kvalitātes kontroļu veikšanu, kalibrēšanu (ja to paredz tehnoloģija), ierīču sagatavošanu darbam (ieslēgšana, izslēgšana un citas tehniskās darbības ierīču uzturēšanai darba režīmā))*) prasības:

Reaģents	ieslēgšana	START RUN	/	izslēgšana	Citas tehniskās darbības ierīču uzturēšanai darba režīmā
	Reaģentu patēriņš, mL				Reaģentu patēriņš gadā, mL paredzētām apkopēm
CleanCell M 2x2 L Elecsys,cobas e					
PreClean M G2 2x2L Elecsys E2G					
ProCell M G2 2x2L Elecsys E2G					

Pieņemtie lēmumi:

Uzdot M. Ignatovičam nosūtīt pretendentiem vēstules ar lūgumu sniegt skaidrojumus un papildus informāciju. Atgriezties pie piedāvājumu vērtēšanas pēc atbilžu saņemšanas.

Par – 4 balsis; pret – nav

2025.gada 23.decembra sēde.

Darba kārtība/ sanāksmē apspriestais:

Komisijas sēdes darba kārtība:

Pretendentu piedāvājumu vērtēšana.

Komisijas lēmums.

Komisijas sēdes norise:

1. M. Ignatovičs informē, ka ir saņemtas pretendentu atbildes uz uzdotajiem papildus jautājumiem. Iepirkuma komisija iepazīstas ar sniegtajām atbildēm un konstatē:
 - SIA “Roche Latvija” piedāvājums atbilst Tehniskās specifikācijas prasībām. Piedāvāto reaģentu apjoms ir pietiekams, lai veiktu Tehniskajā specifikācijā noteikto izmeklējumu skaitu.

Par – 5 balsis; pret – nav

- SIA “Tamro” piedāvājums neatbilst Tehniskās specifikācijas prasībām. Atbildot uz Iepirkuma komisijas uzdotajiem jautājumiem un atbilstoši Iepirkuma komisijas veiktajam aprēķinam par nepieciešamo reaģentu apjomu Tehniskajā specifikācijā norādītajam izmeklējumu apjomam SIA “Tamro” savā 2025.gada 8.decembra skaidrojumā norāda:

“Abbott apstiprina piekrišanu klienta veiktajiem pārrēķiniem attiecībā uz testa reaģentiem un kontrolēm.

Mēs atbalstām šādu izmaiņu ieviešanu finanšu priekšlikumā:

Alinity i Anti-HBs reaģents (07P8922): palielināts no 18 komplektiem līdz 23 komplektiem

*Alinity i Anti-HBc kontroles komplekts (07P8710): pievienojiet 1 papildu komplektu
Alinity i Anti-HBs kontroles komplekts (07P8910): pievienojiet 2 papildu komplektus”.*

Līdz ar to pretendents apstiprina, ka piedāvājumā Iepirkumam iekļauto reaģentu apjoms nav pietiekams Tehniskajā specifikācijā norādīto izmeklējumu veikšanai un pretendents, lai atbilstu Tehniskās specifikācijas prasībām, groza savu piedāvājumu Iepirkumam. SIA “Tamro” izslēdzams no turpmākas dalības Iepirkumā.

Par – 5 balsis; pret – nav

Iepirkuma pārbauda SIA “Roche Latvija” finanšu piedāvājumu un konstatē, ka aritmētiskas kļūdas piedāvājumā nav konstatētas un piedāvājums nav uzskatāms par nepamatoti lētu.

Pat pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības atzīstams SIA “Roche Latvija”, reģ. Nr. 40003731032.

Izslēgšanas nosacījumu pārbaude.

Komisija pārbauda, vai uz izvēlēto pretendentu SIA “Roche Latvija”, neattiecas Publisko iepirkumu likuma 42. panta otrajā daļā minētie izslēgšanas nosacījumi un pieņem lēmumu par Pretendenta atzīšanu par atklāta konkursa uzvarētāju un līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu.

- 1.1. Komisija pārbauda E-izziņas vietnē www.eis.gov.lv uz **12.11.2025.** (piedāvājumu iesniegšanas termiņa pēdējā diena) un **23.12.2025.** (lēmuma pieņemšanas diena). Komisija konstatē, ka uz SIA “Roche Latvija”, nav attiecināmi noteiktie izslēgšanas nosacījumi tās informācijas apjomā, ko iespējams iegūt EIS sistēmā. Pretendenta amatpersonas ir ārvalstnieki, par kuriem informāciju EIS sistēmā nav iespējams iegūt. Pretendenta piedāvājumā ir daļēji iekļauti dokumenti, kas apliecina, ka uz pretendenta amatpersonām ārvalstniekiem nav attiecināmi likumā noteiktie izslēgšanas nosacījumi, taču piedāvājumā nav iekļauta informācija par pretendenta valdes locekli Isabel Marianne Joerin. Komisijas sekretārs sēdes laikā sazinās ar SIA “Roche Latvija” pārstāvi un SIA “Roche Latvija” iesūta dokumentus, kas apliecina, ka uz pretendenta valdes locekli Isabel Marianne Joerin nav attiecināmi likumā noteiktie izslēgšanas nosacījumi.
- 1.2. Komisija pārbauda, vai uz SIA “Roche Latvija”, neattiecas Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.¹pantā noteiktie Pretendentu izslēgšanas nosacījumi. Pārbaude tiek veikta 23.12.2025. interneta vietnē <https://sankcijas.lursoft.lv/>. Komisija konstatē, ka uz SIA “Roche Latvija”, nav attiecināmi Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālu sankciju likuma 11.¹pantā noteiktie Pretendentu izslēgšanas nosacījumi.

Pieņemtie lēmumi:

Piešķirt līguma slēgšanas tiesības iepirkumā “**Reaģentu, kalibratoru, kontroles materiālu, piederumu un tehnoloģisko šķīdumu piegāde asins/asins komponentu donoru obligāto infekciju seroloģisko marķieru automatizētai izmeklēšanai**” Nr. VADC 2025/26 pretendentam SIA “Roche Latvija”, reģ. Nr. 40003731032.

Uzdot M. Ignatovičam:

- a. Trīs darba dienu laikā informēt pretendentes par komisijas lēmumu.
- b. Sagatavot un publicēt nepieciešamo informāciju Elektronisko iepirkumu sistēmā un Iepirkumu uzraudzības biroja Publikāciju vadības sistēmā.

Par – 5 balsis; pret – nav