SIA "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca"
Reģistrācijas Nr. 40003951628
Hipokrāta iela 2, Rīga, LV-1079

Atklāts konkurss
"Neiroķirurģijas medicīnas preču un materiālu piegāde"
RAKUS 2026/51

Atbildes uz ieinteresētā piegādātāja jautājumiem_1

2026. gada 28. jūlijā

Ieinteresētā piegādātāja jautājums (komentārs) / Atklātā konkursa komisijas atbilde:

Daļa	Tehniskās specifikācijas prasība	Ieinteresētā piegādātāja jautājums (komentārs)	Atklātā konkursa komisijas atbilde
37	Vienreizlietojamas sūkšanas adatas-sūkņi ar "luer-lock" sistēmu, zem leņķa - izmantošanai neiroķirurģijā, otorinolaringoloģijā. Garums 100+/-2 cm, diametrs 2.0mm. Iepakojumā pa 50 gab.		
37.1	Titāna sakausējuma plāksne, zema profila (1.8+/- 0.3 mm) augsta elastības pakāpe C2–C7 ventrālai stabilizācijai.	Specifikācijā noteiktie izmēri ir tik smalki un precīzi kalibrēti, ka tiem var atbilst tikai viens ražotājs. Lai paplašinātu potenciālo pretendentu loku, lūdzu veikt izmaiņas pozīcijā 37.1 un nomainīt Titāna sakausējuma plāksne, zema profila (~~1.8+/- 0.3 mm~~ un norādīt līdz 2.5mm +/- 0,3mm)	Komisija norāda, ka prasības tehniskajā specifikācijā noteiktas atbilstoši pasūtītāja vajadzībām. Zema profila cervikālās daļas fiksācijas plāksnes nodrošina mazāku mīksto audu kairinājumu un pēcoperācijas disfāgiju.

		augsta elastības pakāpe C2–C7 ventrālai stabilizācijai.	Pēc pieejamās informācijas tirgū ir pieejami vairāku piegādātāju piedāvāti tehniskās specifikācijas prasībām atbilstoši izstrādājumi, tādējādi tehniskajā specifikācijā noteiktās prasības nepamatoti neierobežo konkurenci. Tehniskajā specifikācijā grozījumi netiks veikti.