

ATKLĀTS KONKURSS
“Substanču un enterālās barošanas līdzekļu piegāde”
(identifikācijas Nr. PSKUS 2026/34)

Atbilde uz ieinteresētā piegādātāja uzdoto jautājumu

Jautājums:

Vēlamies precizēt sekojošo par iepirkuma pozīcijām Nr. 122. un 123., kurās noteikts, ka piedāvātajam produktam jābūt savienojamam ar slimnīcas rīcībā esošiem enterālās barošanas sūkņiem *Flocare Infinity*.

Vai pretendents drīkst minētajām pozīcijām piedāvāt sistēmas enterālās barošanas līdzekļa dozētai ievadīšanai, kuras ir savienojamas ar pretendenta piedāvātā ražotāja enterālās barošanas sūkņiem?

Komisijas atbilde:

Pretendents nedrīkst piedāvāt sistēmas enterālās barošanas līdzekļa dozētai ievadīšanai, kas nav savienojams ar Slimnīcas rīcībā esošiem enterālās barošanas sūkņiem Flocare Infinity

Pretendentam ir jāpiedāvā produkts, kas ir savienojams ar Slimnīcas rīcībā esošiem enterālās barošanas sūkņiem Flocare Infinity

27.05.2026.