

APSTIPRINĀTS
ar Latvijas Universitātes
Zinātniskās iepirkumu komisijas
2026.gada 1.jūnija lēmumu
(protokols Nr. 3)

Latvijas Universitātes Zinātniskā iepirkumu komisija (turpmāk - Komisija) sniedz atbildi uz ieinteresētā piegādātāja jautājumu par atklāta konkursa “**Laboratorijas iekārtas farmācijas studijām 1. kārtā**” (ID Nr. LU 2026/46) 4.daļas “Svari, mazie” tehniskās specifikācijas prasībām:

Jautājums	Atbilde
Atsaucoties uz atklātu konkursu LU 2026/46 “Laboratorijas iekārtas farmācijas studijām 1. kārtā”, vēlamies precizēt par 4. daļu "Svari (mazi)". Tehniskajā specifikācijā ir minēts, ka ieteicamais kalibrācijas svars: 1000 g (E2), taču nav līdz galam saprotams, vai tā ir obligātā prasība, lai komplektācijā ir atsvars? Jo ir sviri, kuriem kalibrācija ir automātiska.	Tehniskās prasībās maksimālā svēršanas masa prasīta - ne lielāka par 1020g, tādēļ iespējams piedāvāt svarus ar maksimālo svēršanas masu 800 g. 800g svāriem 1000g E2 atsvars nebūs atbilstošs, tādēļ norādīts - ieteicams. Ieteicams - ņemot vērā piedāvāto svaru maksimālo svēršanas masu, tādēļ atsvari jāpiedāvā atbilstoši svaru svēršanas maksimālai masai, bet ņemot vērā precizitātes klasi ne zemāk par E2.
Papildus nav skaidrs, ja ir nepieciešams atsvars, tad tas ir 1 gab. x 15? Specifikācijā norādīts: “Svari (mazi), 15 gab” jeb atsvars ir nepieciešams tikai 1 gab., bet svāri 15 gab.?	Vispārīgās prasības apraksta viena komplekta saturu. Tādēļ uz 15 svāriem nepieciešami 15 atsvari, tāpat kā 15 strāvas adapteri.