

SIA “Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca”
Reģistrācijas Nr. 40003951628
Hipokrāta iela 2, Rīga, LV-1079

Atklāts konkurss
“Medicīnas preču un materiālu piegāde Traumatoloģijas un ortopēdijas klīnikas darbības nodrošināšanai”
RAKUS 2026/40

Atbildes uz ieinteresētā piegādātāja jautājumu_10

2026. gada 10. jūlijā

Ieinteresētā piegādātāja jautājums (komentārs) / atklāta konkursa komisijas atbilde:

Pozīcijas Nr.	Tehniskās specifikācijas prasība	Ieinteresētā piegādātāja jautājums (komentārs)	Atklātā konkursa komisijas atbilde
Iepazīstoties ar iepirkuma tehnisko specifikāciju, lūdzam pārskatīt tās prasības, lai nodrošinātu vienlīdzīgu konkurenci un plašāku kvalificētu piegādātāju dalību iepirkumā, vienlaikus nesamazinot prasīto medicīnisko kvalitāti un funkcionalitāti.			
34.	Diegu enkurs ar papildus piederumiem saišu un cīpslu fiksācijai pie artroskopiskām operācijām. Indikācijas: locītavu saišu fiksācija artroskopiskā procedūrā. Pleca locītavas stabilizācijas, rotatoru, deltoid, bicepsa tenodēzes atjaunošana. Potītes un pēdas mediāla un laterāla saišu atjaunošana, hallux valgus, ahilleja cīpslas šūšana. Elkoņa saišu, laterālā epokondilīta saites atjaunošana. Ceļa locītavas ekstrakapsulārā atjaunošana (mediālā un laterālā kollaterālā saite, patellas saites šūšana, locītavas kapsulas aizvēršana). Plaukstas un gūžas locītavu saišu stabilizācija un fiksācija. Enkura ievietošana iepriekš izveidojot kaulā kanālu ar attiecīga izmēra enkuram paredzēta diametra urbi, urbja vadītāju un obturatoru. Implanta materiāls: pīts diegs, diega materiāls - augstmolekulāra blīvuma polietilēns. Ievietošanas rokturis - nerūsējošais tērauds un medicīniskais plastmasas materiāls. Implanta materiāls - augstmolekulāra blīvuma polietilēns. Neužsūcoša materiāla enkurs. Enkura fiksācija 2mm zem kortikālā kaula. Jāpiedāvā sekojošie izmēri:		
34.1.	Enkura diametrs 2.8mm. Vienkārša enkura ielādes tehnika. Enkurā divi dažādu krāsu diegi (slīdoši).	Lūdzam pārskatīt tehniskās specifikācijas 34.1. punktu , kurā enkura diametrs noteikts tieši 2,8 mm , un paredzēt pieļaujamo novirzi ±0,2 mm , nosakot prasību: 2,8 mm ±0,2 mm .	Komisija informē, ka tiks veikti grozījumi iepirkuma dokumentācijā un prasība tiks precizēta.
34.7.	Bezmezglu diegu enkurs, 1.8 mm, ar vienu lentu vai diegu (lentas/diega platums 1,4 mm (+/- 0.2 mm))	lūdzam pārskatīt tehniskās specifikācijas 34.7. punktu , kurā diega lentas platums noteikts 1,4 mm (±0,2 mm) . Lūdzam precizēt šo	Komisija informē, ka tehniskās specifikācijas 34.7. punktā noteiktais izmēra diapazons 1,4 mm (+/- 0.2 mm) ir objektīvi pamatots un

		prasību, nosakot, ka pieļaujamais diega lentas platums ir ne lielāks par 1,4 mm	pilnībā atbilst Pasūtītāja vajadzībām. Pretendenta ierosinātie grozījumi sašaurinātu iespējamo piedāvājumu loku, izslēdzot iespēju piedāvāt preces, kuru izmērs ir virs 1,4 mm (līdz 1,6 mm), kas Pasūtītājam ir vienlīdz piemērotas un derīgas. Grozījumi tehniskajā specifikācijā netiks veikti.
--	--	--	--