



ATKLĀTA KONURSA
“Ortopēdisko operāciju galdu iegāde, piegāde un uzstādīšana”
(id. Nr. Rīgas 2. slimnīca 2025/11 AK_ERAF)
apspriedes ziņojums

2025. gada 11. martā

Pasūtītājs	SIA „Rīgas 2.slimnīca” reģistrācijas Nr. LV 40003184960 adrese: Ģimnastikas iela 1, Rīga, LV-1004
Apspriedes dalībnieki	UAB MedUs Latvija filiāle, SIA “Arbor Medical Korporācija”
Iepirkuma priekšmets	Ortopēdisko operāciju galdu iegāde, piegāde un uzstādīšana saskaņā ar Centrālās finanšu un līgumu aģentūras un SIA “Rīgas 2. slimnīca” noslēgto līgumu par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu Nr. 4.1.1.1/2/24/I/006, pamatojoties uz Ministru kabineta 2024. gada 30. aprīļa noteikumiem Nr. 273 “Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 4.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Nodrošināt vienlīdzīgu piekļuvi veselības aprūpei un stiprināt veselības sistēmu, tostarp primārās veselības aprūpes noturību” 4.1.1.1. pasākuma “Ārstniecības iestāžu infrastruktūras attīstība” otrās kārtas īstenošanas noteikumi”, ES un Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem par ES fondu vadību un Sadarbības iestādes 2024. gada 15. oktobra lēmumu Nr. 39-2-10/7387 par projekta iesnieguma “Rīgas 2.slimnīca” apstiprināšanu ar nosacījumu un 2024. gada 13. decembra atzinumu Nr. 39-2-10/8814 par lēmumā ietverto nosacījumu izpildi
Publicēts Elektronisko iepirkumu sistēmā	21/02/2025
Ieinteresēto piegādātāju komentāru iesniegšanas termiņš	07/03/2025
Ieinteresēto piegādātāju komentāri	“Labdien, Esam iepazīnušies ar apspriedes tehnisko specifikāciju un pielikumā nosūtām savus komentārus.” Iesniegtie priekšlikumi: 1. Pretendents lūdz izņemt 1.2. punktu konkurences veicināšanai; 2. Pretendents lūdz koriģēt punktu 1.4. sekojošā redakcijā: “Mobils uz 4 dubultajiem ritenīšiem ar centrālo bremzi, no kuriem vismaz 2 antistatiski”, skaidrojot, ka galdu iespējams viegli pārvietot un manevrēt, nav nepieciešams ritenis ar virziena fiksatoru; 3. Pretendents lūdz koriģēt punktu 6.15. sekojošā redakcijā: “ Roku operāciju galds - RTG staru caurspīdīga virsma ar pārklātu antistatisku putu spilventiņu, ergonomiska forma optimālai piekļuvei ķirurģiskajam laukam, 750 x 380 mm (P x D), +/- 5 mm. Attiecās tikai uz 1. galda komplektāciju (tikai 1 gb. Kopumā)”; 4. Pretendents lūdz koriģēt punktu 6.21. sekojošā redakcijā: “Ķermeņa fiksācijas siksna - vismaz 1350 mm garš un vismaz 100 mm plats. - 1 gb.”; 5. Pretendents lūdz koriģēt punktu 6.25. sekojošā redakcijā: “Gēla spilvens sānu pozicionēšanai. 6. Sānu pozicionēšanai, spiediena mazināšanai uz pleca locītavu, 720 x 460 x 150 mm (P x D x A) vai līdzvertīgs - 1 gb.”; 7. Pretendents lūdz koriģēt punktu 6.29. sekojošā redakcijā: “Gēla plakanveida pretizgulējumu spilvens pozicionēšanai 250 x 230 x 60



	mm. vai līdzvertīgs - 5 gb. Kopumā.”.
Pasūtītāja secinājumi	Izvērtējot saņemtos priekšlikumus piedāvātajām izmaiņām, Pasūtītājs skaidro, ka: 1. priekšlikums izmaiņām pozīcijā Nr. 1.2. netiks ņemts vērā un korekcijas netiks veiktas, jo šī prasība ir būtiska pacientu drošībai; 2. priekšlikums izmaiņām pozīcijā Nr. 1.4. netiks ņemts vērā un korekcijas netiks veiktas, jo prasība nepieciešama galda mobilitātei saistībā ar telpu specifiku; 3. priekšlikums izmaiņām pozīcijā Nr. 6.15. netiks ņemts vērā un korekcijas netiks veiktas, jo piedāvāta reference ir būtiska novirze no prasītā; 4. priekšlikums izmaiņām pozīcijā Nr. 6.21. netiks ņemts vērā un korekcijas netiks veiktas, jo piedāvātais risinājums pārāk šaurs 5. priekšlikums izmaiņām pozīcijā Nr. 6.29. netiks ņemts vērā un korekcijas netiks veiktas, jo piedāvāta reference ir būtiska novirze no prasītā. Attiecībā uz priekšlikumu izmaiņām pozīcijā Nr. 6.25., norāžu par iespējamām konkurenci ierobežojošiem faktoriem attiecībā uz piedāvātajām izmaiņām nav, piedāvātais references lielums ir pieņemams, veikt ierosinātās korekcijas tehniskās specifikācijas pozīcijā Nr. 6.25.
Ieinteresēto piegādātāju komentāri	“Labdien, Pielikumā nosūtu mūsu komentārus apspriedei “Ortopēdisko operāciju galdu iegāde, piegāde un uzstādīšana”.” Iesniegtie priekšlikumi: 1. Pretendents lūdz koriģēt 2.7.punktu sekojošā redakcijā: “Operācija galda pamatnē strāvas vada pieslēgums, zemējuma vads, galda pārstatēšanas poga, avārijas stāvbremzes atbrīvošanas poga un bateriju uzlādesšanas indikācija”; 2. Pretendents lūdz koriģēt 2.9.punktu sekojošā redakcijā: “Operāciju galds aprīkots ar intuitīvu vadības pultī, uz kuras redzams: kuras funkcijas var aktivēt, reāllaika pielāgošanas parametri.”; 3. Pretendents lūdz koriģēt 3.8. punktu sekojošā redakcijā: “Operāciju galda virsma aprīkota ar vismaz 50 mm bieziem pretizgulējumu matračiem.”; 4. Pretendents lūdz koriģēt 6.11. punktu sekojošā redakcijā: “Kāju atbalsts (Göpel tips) - integrēts antistatisks putu spilventiņš. Ar stiprinājumu siksnu. Regulējams augstums vismaz 300 mm. Ar stiprinājuma skavu. - 1 gb.”; 5. Pretendents lūdz koriģēt 6.15. punktu sekojošā redakcijā: “Roku operāciju pagarinājums - RTG staru caurspīdīga virsma ar pārklātu antistatisku putu spilventiņu, ergonomiska forma optimālai piekļuvei ķirurģiskajam laukam 660 x 140 mm (P x D), +/- 5 mm. Attiecās tikai uz 1. galda komplektāciju (tikai 1 gb. Kopumā)”; 6. Pretendents lūdz koriģēt 6.16. punktu sekojošā redakcijā: “Roku operāciju galds - RTG staru virsma ar pārklātu antistatisku putuplasta paliktni, 610 x 380 mm (P x D)+/- 5 mm. Attiecās tikai uz 2. galda komplektāciju (tikai 1 gb. Kopumā)”; 7. Pretendents lūdz koriģēt 6.20. punktu sekojošā redakcijā: “Kāju fiksācijas sikсна - polsterēta stiprinājuma sikсна kāju imobilizācijai uz Göpel tipa kāju balstiem, bez asām malām, paredzēta vismaz 890mm diametra kājām.”; 8. Pretendents lūdz koriģēt 6.21. punktu sekojošā redakcijā: “Ķermeņa fiksācijas sikсна stiprināma pie galda sānu slīdēm - vismaz 1350 mm garš un vismaz 100 mm plats. - 1 gb.”; 9. Pretendents lūdz koriģēt 6.23. punktu sekojošā redakcijā: “Kasešu



	turētājs rentgena detektoriem ar maks. izmēra izvēli 390 mm - 620 mm, teleskopiskais ievietošanas stienis.”; 10. Pretendents lūdz koriģēt 6.24. punktu sekojošā redakcijā: “Sānu balsts ar matraci 215 x 100 (+/- 5 mm), pielāgojams radiāli un maināma attāluma pret pacientu, komplektā ar fiksācijas klemmi - 2 gb.”; 11. Pretendents lūdz koriģēt 6.25. punktu sekojošā redakcijā: “Gēla spilvens sānu pozicionēšanai "L" veida. Sānu pozicionēšanai, spiediena mazināšanai uz pleca locītavu, 165 x 180 x 150 (P x D x A) vai līdzvertīgs - 1 gb.”; 12. Pretendents lūdz koriģēt 6.26. punktu sekojošā redakcijā: “Gredzenveida gēla pretizgulējuma spilvens sejas pozicionēšanai. Atvērts, pieaugušo izmērs, Ø 220 x 60 mm. vai līdzvertīgs - 1 gb.”; 13. Pretendents lūdz koriģēt 6.27. punktu sekojošā redakcijā: “Liels granulu pretizgulējuma spilvens. Novērš spiedienu uz vēderu un atvieglo ventilāciju guļus pozīcijā, 750 x 400 x 100 mm. vai līdzvertīgs - Attiecās tikai uz 2. galda komplektāciju (tikai 1 gb. Kopumā)”; 14. Pretendents lūdz koriģēt 6.28. punktu sekojošā redakcijā: “Gēla galvas balsts. Pieaugušo izmērs, anatomiski veidots tā, lai pacienta galva varētu ērti pozicionēties ar seju uz leju, ET izvadi abās pusēs, 319 x 290 x 108/84 mm (P x G x A). vai līdzvertīgs - Attiecās tikai uz 2. galda komplektāciju (tikai 1 gb. Kopumā)”; 15. Pretendents lūdz koriģēt 6.31. punktu sekojošā redakcijā: “Spilvens, pusapaļš, ar antistatisko pārklājumu 200 x 110 x 500 mm (P x A x G). - 1 gb”.
Pasūtītāja secinājumi	Izvērtējot saņemtos priekšlikumus piedāvātajām izmaiņām, Pasūtītājs skaidro, ka: 1. Ņemot vērā to, ka priekšlikums izmaiņām pozīcijā Nr. 2.7. plašāks kā prasīts, priekšlikums netiks ņemts vērā un korekcijas netiks veiktas, vienlaikus norādot, ka pretendents ir tiesības piedāvāt plašāku piedāvājumu kā prasīts; 2. priekšlikums izmaiņām pozīcijā Nr. 3.8. netiks ņemts vērā un korekcijas netiks veiktas, jo tas ir pacienta drošībai; 3. priekšlikums izmaiņām pozīcijā Nr. 6.11. netiks ņemts vērā un korekcijas netiks veiktas, jo piedāvāta reference ir būtiska novirze no prasītā; 4. priekšlikums izmaiņām pozīcijā Nr. 6.15. netiks ņemts vērā un korekcijas netiks veiktas, jo piedāvāta reference ir būtiska novirze no prasītā; 5. priekšlikums izmaiņām pozīcijā Nr. 6.20. netiks ņemts vērā un korekcijas netiks veiktas, jo piedāvātie grozījumi nav attiecināmi uz prasīto; 6. priekšlikums izmaiņām pozīcijā Nr. 6.21. netiks ņemts vērā un korekcijas netiks veiktas, jo piedāvāta reference ir būtiska no prasītā; 7. priekšlikums izmaiņām pozīcijā Nr. 6.23. netiks ņemts vērā un korekcijas netiks veiktas, jo piedāvātā reference nav saderīga ar slimnīcā izmantojamo; 8. priekšlikums izmaiņām pozīcijā Nr. 6.25. netiks ņemts vērā un korekcijas netiks veiktas, jo piedāvāta reference ir būtiska no prasītā un cita funkcija; 9. priekšlikums izmaiņām pozīcijā Nr. 6.27. netiks ņemts vērā un korekcijas netiks veiktas, jo piedāvāta reference ir būtiska no prasītā un pildījuma atšķirība; Iepirkuma komisija ir konstatējusi, ka norāžu par iespējamiem konkurenci ierobežojošiem faktoriem attiecībā uz piedāvātajām izmaiņām nav, veikt ierosinātās korekcijas tehniskās specifikācijas pozīcijās:



	1. Nr. 2.9., dzēšot prasības daļu "var iestatīt iepriekš definētas pacienta pozīcijas"; 2. Nr. 6.16., izsakot šo prasību sekojošā redakcijā: "Roku operāciju galds - RTG staru virsma ar pārklātu antistatisku putuplasta paliktni, vismaz 610 x 380 mm (P x D). Attiecās tikai uz 2. galda komplektāciju (tikai 1 gb. Kopumā)"; 3. Nr. 6.24., izsakot šo prasību sekojošā redakcijā: "Sānu balsts ar matraci vismaz 200 x 100 mm, pielāgojams radiāli un maināma attāluma pret pacientu, komplektā ar fiksācijas klemmi - 2 gb."; 4. Nr. 6.26., izsakot šo prasību sekojošā redakcijā: "Gredzenveida gēla pretizgulējuma spilvens sejas pozicionēšanai. Atvērts, pieaugušo izmērs, Ø vismaz 200 x 54 mm. vai līdzvertīgs - 1 gb."; 5. Nr. 6.28., izsakot šo prasību sekojošā redakcijā: "Gēla galvas balsts. Pieaugušo izmērs, anatomiski veidots tā, lai pacienta galva varētu ērti pozicionēties ar seju uz leju, ET izvadi abās pusēs, vismaz 280 x 240 x 100 mm (P x G x A). vai līdzvertīgs - Attiecās tikai uz 2. galda komplektāciju (tikai 1 gb. Kopumā)."; 6. Nr. 6.31., izsakot šo prasību sekojošā redakcijā: "Spilvens, pusapaļš, ar antistatisko pārklājumu vismaz 200 x 110 x 475 mm (P x A x G). - 1 gb".
SIA "Rīgas 2. slimnīca" iepirkuma komisijas priekšlikums	Nemot vērā to, ka konstatēta neatbilstība numerācijā, veikt izmaiņas tehniskajā specifikācijā, veicot labojumus numerācijā, lai tā ir korekta un secīga

Āris Augstkalns

Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs

(paraksts*)

*ŠIS DOKUMENTS IRP ARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU, KAS SATUR LAIKA ZĪMOGU



Finansē
Eiropas Savienība
NextGenerationEU

