SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca”
Reģ. Nr. 40003951628
Hipokrāta iela 2, Rīga, LV-1079

Atklāts konkurss
“Papildus medicīnisko preču un materiālu piegāde operatīvās ķirurģiskās darbības nodrošināšanai”
RAKUS 2023/129K

Atbilde uz ieinteresētā piegādātāja jautājumu_3

2024. gada 1. februāris

Ieinteresētā piegādātāja jautājums

Lūdzam noprecizēt tehnisko specifikāciju atklāta konkursa *Papildus medicīnisko preču un materiālu piegāde operatīvās ķirurģiskās darbības nodrošināšanai ID Nr. RAKUS 2023/129K,*

1) Par pozīciju 31.1., lūdzu precizēt, vai nepieciešami rokturi?
2) Par pozīciju 32.1., lūdzu precizēt, vai nepieciešami rokturi?
3) Par pozīciju 32.2., lūdzu precizēt, vai nepieciešami rokturi?
4) Par pozīciju 32.5., lūdzu precizēt, vai nepieciešami rokturi?
5) Par pozīciju 32.6., lūdzu precizēt, vai nepieciešami rokturi?

Atklātā konkursa komisijas atbilde

Komisija paskaidro, ka gadījumos, ja tehniskās specifikācijas apakšpozīcijās rokturis nav minēts – tas var būt – ar fiksatoru vai bez, bet bez roktura instruments nevar funkcionēt. *Maryland* tipa instrumentiem un disekcijas spailēm fiksatori nav obligāti.