SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca”
Reģ. Nr. 40003951628
Hipokrāta iela 2, Rīga, LV-1079

Atklāts konkurss
“Medicīniskās preces un materiāli ārstnieciskās un diagnostiskās darbības nodrošināšanai”
RAKUS 2024/2K

Atbildes uz ieinteresētā piegādātāja jautājumiem_12

2024. gada 20. martā

1. **Ieinteresētā piegādātāja jautājums / komentārs:**

Lai neierobežotu konkurences pieejamību, lūdzam mainīt pozīciju Nr. 285.5. un izteikt to sekojošā redakcijā:

Ņemot vērā to, ka SIA “Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” kopš 2018. gada veiksmīgi izmanto elastomēra infūzijas sūkņus ar citiem tehniskiem parametriem, saderīgiem ar Kiro Oncology robotiem, kuri ir apstiprināti, kā droši ar Kiro Oncology apstiprinājumu. Lūdzam rast iespēju saīsināt tehnisko specifikāciju Nr. 429. līdz vispārējiem kritērijiem: “Elastomers infuzijas sūknis’’ un izmainīt dažus parametrus 429.1-429.4, vai paplašināt visu tehnisko specifikāciju, grozot sekojošos parametrus iekrāsotus sarkanā krāsā:

429.	Elastomers infuzijas sūknis ~~(abu Latex free elastīgajiem apvalkiem iztukšojot sūkni, tas saplok; silikona iekšējā membrāna~~) pieļaujams ari ar cieto ārējo apvalku un mīkstu silikona iekšējo apvalku ķīmijterāpijai, antibakteriālai terapijai un pacientu anestēzijai un atsāpināšanai. Paredzēts intravenozai terapijai kā vienreizlietojams, sterils medikamentu dozētājs. Uzpildes gals ar Luer Lock savienojumu, noslēdzams ar vāciņu~~.~~ Katetrs ar ~~1.2 µm~~ (1,2 µm līdz 5 µm) filtru un klemmi. ~~Plūsmas precizitāte +/- 15%.~~ Visiem sūkņiem ir jābū validētiem ar Kiro Oncology. Katram sūknim līdzi nāk buklets latviešu valodā - informācija pacientam. Iesniegt paraugu, bukleta paraugu un validācijas ar Kiro Onology apstiprinājumu.		
429.1.	60 ml- 30h; nominālais plūsmas ātrums 2ml/h	gab.	500
429.2.	100ml~~ 50h;~~ (48h -50h)nominālais pūsmas ātrums 2ml/h	gab.	3,000
429.3.	270ml (+/- 5ml)~~ 54h~~; (48-55h); nominālais pūsmas ātrums 5ml/h	gab.	12,000
429.4.	Jostas somiņa vienreizlietojamiem medikamentiem, dozētāja (~~250 – 500~~ ml līdz 275 ml ievietošanai	gab.	2,000

2. Lūdzam izmainīt parametrus pozīcijai 429.4 uz maksimālo tilpumu līdz 275 ml, jo tas atbilst viena sūkņa izmēram.

Atklātā konkursa komisijas atbilde:

Komisija skaidro, ka Slimnīcā šobrīd noris Vēža centra akreditācija, kas ietver starptautiskas prasības, kas saistās ar drošu medikamentu menedžmentu un augsta riska medikamentu ievadi onkoloģiskiem pacientiem. Ņemot vērā Slimnīcas mērķi nodrošināt uz pacientu centrētu veselības aprūpi un pacienta labbūtību, ir nozīmīgi mazināt visa veida ietekmējošos faktorus, kas var ietekmēt pacienta drošību. Līdz ar to tehniskajā specifikācijā ir norādīts, ka sūkņa abiem apvalkiem ir jābūt no materiāla, kas nesatur lateksu, lai izvairītos no alerģiskām

reakcijas, kā arī, ka abiem apvalkiem ir jāsaplok, tādejādi veidojot pacienta izpratni par medikamenta ievadi, jo Slimnīcai ir svarīga pacienta līdzestība ārstniecības procesā un pacienta izglītošana.

Piedāvājums palielināt filtra parametrus mainot tos no 1,2 µm uz 5 µm, tiek apzināti palielināta filtra caurlaidība, kas var radīt apdraudējumu augsta riska medikamentu ievadē pacientiem ķīmijterapijas laikā.

Apakšpozīcijās 429.2 un 429.3 ievades laiks ir norādīts atbilstoši paredzētajam ķīmijterapijas ilgumam, kāds slimnīcā ir pacientiem, kuriem medikaments tiek ievadīts pielietojot elastomerus infūzijas sūkņus.

Apakšpozīcijā 429.4 prasība mainīt somiņas parametru, ka var ievietot sūkni līdz 275 ml nav akceptējama, jo pastāv maza izmēra amplitūda līdz 5 cm, kas var apgrūtināt sūkņa ievietošanu somiņā, kā arī risks, kad sūknis ir pilnībā uzpildīts, to sabojāt.

Pamatojoties uz visu iepriekš minēto, komisija norāda, ka grozījumi atklātā konkursa tehniskās specifikācijas 429. pozīcijā netiks veikti.