

SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca”
Reģ. Nr. 40003951628
Hipokrāta iela 2, Rīga, LV-1079

Atklāts konkurss
“Medicīniskās preces un materiāli ārstnieciskās un diagnostiskās darbības
nodrošināšanai”
RAKUS 2024/2K

Atbildes uz ieinteresētā piegādātāja jautājumiem_8

2024. gada 5. martā

1. Ieinteresētā piegādātāja jautājums / komentārs:

278. poz. Lūdzu norādīt otoskopa veidu, jo to piltuves izmēri atšķiras.

Atklātā konkursa komisijas atbilde:

Komisija paskaidro, ka otoskopa piltuves izmēri ir: 4mm - 150 gb., 5mm – 50 gb.

2. Ieinteresētā piegādātāja jautājums / komentārs:

288.4 un 289.4. – šīs ir ļoti specifiskas pozīcijas, kuras var piegādāt ļoti ierobežots piegādātāju skaits. Lūdzam šīs apakšpozīcijas izdalīt un vērtēt atsevišķi. Pretējā gadījumā šo pozīciju izmaksas slimnīcai konkurences trūkuma dēļ būs augstas.

Atklātā konkursa komisijas atbilde:

Komisija norāda, ka iepriekšējos gados iepirkuma procedūrā ar analogisku iepirkuma priekšmetu, piedāvājumus iesniedza vairāki pretendenti, kuri varēja piedāvāt precī visās minēto pozīciju apakšpozīcijās. Komisija papildus skaidro, ka apakšpozīciju vienotā loģistika un piegāde sniegs pasūtītājam iespēju efektīvāk un ātrāk iegādāties precī.

Tehniskajā specifikācijā grozījumi netiks veikti.

3. Ieinteresētā piegādātāja jautājums / komentārs:

324.poz. Lūdzu norādīt, ka uzlādes laiks ir līdz 12 stundām, jo ir pieejamas ierīces ar īsāku uzlādes laiku, kas ir būtiska priekšrocība.

Atklātā konkursa komisijas atbilde:

Komisija informē, ka Nolikuma pielikumā Nr. 3 “Tehniskā specifikācija/Tehniskais-finanšu piedāvājums (forma)” tiks veikti grozījumi.

4. Ieinteresētā piegādātāja jautājums / komentārs:

352.poz. prasība ievadīt cenas piedāvājumu par kopējo daudzumu, kas dublē 352.1.un 352.2. Pirmā rindiņa, mūsaprāt, nav jāaizpilda.

Atklātā konkursa komisijas atbilde:

Komisija informē, ka Nolikuma pielikumā Nr. 3 “Tehniskā specifikācija/Tehniskais-finanšu piedāvājums (forma)” tiks veikti atbilstoši precizējumi.

5. Ieinteresētā piegādātāja jautājums / komentārs:

390.3. – šādu apakšpozīciju spēs piedāvāt ļoti ierobežots pretendentu loks. Lūdzam šo apakšpozīciju izdalīt un vērtēt atsevišķi. Pretējā gadījumā šīs pozīcijas izmaksas slimnīcai konkurences trūkuma dēļ būs augstas.

Atklātā konkursa komisijas atbilde:

Komisija norāda, ka iepriekšējos gados iepirkuma procedūrā ar analogisku iepirkuma priekšmetu, piedāvājumus iesniedza vairāki pretendenti, kuri varēja piedāvāt precī visās minētās pozīcijas apakšpozīcijās. Komisija papildus skaidro, ka apakšpozīciju vienotā loģistika un piegāde sniegs pasūtītājam iespēju efektīvāk un ātrāk iegādāties precī.

Tehniskajā specifikācijā grozījumi netiks veikti.

6. Ieinteresētā piegādātāja jautājums / komentārs:

493.poz. Lūdzam pieļaut izmēru novirzes +/- 1cm kā tas ir pieļauts citās pozīcijās. Preces lietošana no tā nekādi neizmainīsies.

Atklātā konkursa komisijas atbilde:

Komisija informē, ka Nolikuma pielikumā Nr. 3 "Tehniskā specifikācija/Tehniskais-finanšu piedāvājums (forma)" tiks veikti grozījumi.

7. Ieinteresētā piegādātāja jautājums / komentārs:

500., 501., 502., 503. Poz. – dažādi leikoplastu veidi. Ražotāji ražo leikoplastus 9 m, 9.14m, 9.5m, 9.6m, 10m. Lūdzam šajās pozīcijās kā garuma prasību noteikt – "vismaz 9 m gari".

Atklātā konkursa komisijas atbilde:

Komisija informē, ka Nolikuma pielikumā Nr. 3 "Tehniskā specifikācija/Tehniskais-finanšu piedāvājums (forma)" tiks veikti grozījumi.

8. Ieinteresētā piegādātāja jautājums / komentārs:

505.2. - šādu apakšpozīciju spēs piedāvāt ļoti ierobežots pretendentu loks (krāsainas laparatomijas salvetes). Lūdzam šo apakšpozīciju izdalīt un vērtēt atsevišķi. Pretējā gadījumā šīs pozīcijas izmaksas slimnīcai konkurences trūkuma dēļ būs augstas.

Atklātā konkursa komisijas atbilde:

Komisija skaidro, ka iepriekšējos gados iepirkuma procedūrā ar analogisku iepirkuma priekšmetu, piedāvājumus iesniedza pretendenti, kuri varēja piedāvāt precī visās minētās pozīcijas apakšpozīcijās. Komisija papildus skaidro, ka apakšpozīciju vienotā loģistika un piegāde sniegs pasūtītājam iespēju efektīvāk un ātrāk iegādāties precī.

Tehniskajā specifikācijā grozījumi netiks veikti.

9. Ieinteresētā piegādātāja jautājums / komentārs:

544., 546.poz. Lūdzam pieļaut izmēru novirzes +/- 1cm, kā tas ir pieļauts citās pozīcijās. Preces lietošana no tā nekādi neizmainīsies.

Atklātā konkursa komisijas atbilde:

Komisija informē, ka Nolikuma pielikumā Nr. 3 "Tehniskā specifikācija/Tehniskais-finanšu piedāvājums (forma)" tiks veikti grozījumi.

10. Ieinteresētā piegādātāja jautājums / komentārs:

717., 718.poz. Lūdzam pieļaut izmēru novirzes +/- 1cm garumā un 0.5 cm platumā, kā tas ir pieļauts citās pozīcijās. Preces lietošana no tā nekādi neizmainīsies.

Atklātā konkursa komisijas atbilde:

Komisija informē, ka Nolikuma pielikumā Nr. 3 "Tehniskā specifikācija/Tehniskais-finanšu piedāvājums (forma)" tiks veikti grozījumi.

11. Ieinteresētā piegādātāja jautājums:

146.poz. – vai ir domāts AM12 digitālais kabelis?

Atklātā konkursa komisijas atbilde:

Komisija skaidro, ka tehniskās specifikācijas 146. pozīcijā minētais, jāsaprot, kā vienkāršs kabelis ar visiem 10 novadījuma vadiem.

12. Ieinteresētā piegādātāja jautājums:

164.-167.poz. - vai ir domāts WAM/AM12 līdzīgi kā pozīcijās 158.-163.?

Atklātā konkursa komisijas atbilde:

Komisija paskaidro, ka domāti ir maināmie vadi kontaktmodulim. Tehniskās specifikācijas 158.-163. pozīcijā- krūšu novadījumi, bet 164. – 167. pozīcijā- standarta novadījumi. Atšķiras ar garumu un marķējumu.

13. Ieinteresētā piegādātāja jautājums / komentārs:

12.poz. prasību pēc *Star Catheter Technology* spēj izpildīt tikai viens ražotājs, kuram tā ir patentēta tehnoloģija. Izvirzot šādu prasību, visi citi kandidāti automātiski tiek noraidīti.

Atklātā konkursa komisijas atbilde:

Komisija skaidro, ka tehniskās specifikācijas 12. pozīcijā minētā tehnoloģija ir ļoti būtiska prasība, kas nodrošina precīzu adatas fiksēšanas iespēju, apvalka izturību pret adatas caurduršanu un pārliedzanos, lai nodrošinātu darbinieku un pacientu drošību, kā arī novērstu endoskopiskās aparātūras nopietnus bojājumus.

14. Ieinteresētā piegādātāja jautājums / komentārs:

Lūdzam arī pārbaudīt, vai prasība pēc 2.8 mm ārējā izmēra injektoriem (12.poz.) un 2.8 mm ārējā izmēra klipatoriem (13.poz.) ir pareiza, jo tos vajadzēs ievadīt caur 2.8 mm darba kanālu.

Atklātā konkursa komisijas atbilde:

Komisija skaidro, ka ārējā izmēra diametrs 2,8 mm injektoriem un klipatoriem ir korekts, jo attiecīgajā nodaļā ir terapeitiskais endoskops ar 3,7 mm darba kanāla diametru.

15. Ieinteresētā piegādātāja jautājums / komentārs:

Lūdzam pieļaut izmēru novirzes zemāk minētajās daļās, kuras neietekmēs lietošanas kvalitāti, bet dos iespēju pieteikties lielākam pretendentu skaitam:

- 12.1. 1800-2000 mm x 1.8 mm ārējais diametrs
- 12.2. 2000-2300 mm x 2.4-2.8 mm ārējais diametrs
- 12.3. 2300-2400 mm x 2.3-2.4 mm ārējais diametrs

- 13.1. 1600-1700 mm x 2.5-2.8 mm
- 13.2. 2300-2700 mm x 2.5-2.8 mm

46.poz. 1700-2000 mm 7 Fr

80.poz. stenta ievades sistēmas diametrs 7- 8,5 Fr

Atklātā konkursa komisijas atbilde:

Komisija informē, ka Nolikuma pielikumā Nr. 3 "Tehniskā specifikācija/Tehniskais-finanšu piedāvājums (forma)" tiks veikti grozījumi.