

SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca”
Reģ. Nr. 40003951628
Hipokrāta iela 2, Rīga, LV-1079

Atklāts konkurss
“Medicīniskās preces un materiāli ārstnieciskās un diagnostiskās darbības
nodrošināšanai”
RAKUS 2024/2K

Atbilde uz ieinteresētā piegādātāja jautājumu_6

2024. gada 5. martā

1. Ieinteresētā piegādātāja jautājums / komentārs:

Par **3. pielikuma** tehniskās specifikācijas/tehniskā-finanšu piedāvājuma pozīciju Nr. 298.:

298.	Nieršālīte, vienreizlietojama, 250 * 135 * 45 mm.
------	---

Lai neierobežotu konkurences pieejamību, lūdzam mainīt pozīciju Nr. 298. un izteikt to sekojošā redakcijā:

298.	Nieršālīte, vienreizlietojama, 250 * 135 (+/- 5 cm) * 45 mm.
------	--

Atklātā konkursa komisijas atbilde:

Komisija informē, ka Nolikuma pielikumā Nr. 3 “Tehniskā specifikācija/Tehniskais-finanšu piedāvājums (forma)” tiks veikti grozījumi.

2. Ieinteresētā piegādātāja jautājums / komentārs:

Par **3. pielikuma** tehniskās specifikācijas/tehniskā-finanšu piedāvājuma pozīciju Nr. 288. un 289.:

288.	Absorbējoši gultas paladziņi trīssslāņu, ar labu uzsūkšanas spēju, virsslānis - neausta, nealerģiska materiāla, ar virsmas stepējumu, kas laiž cauri šķidrumu un saglabā virsmu sausu, vidū celulozes pildījums, kas uzsūc un uzkrāj mitrumu, ārpusē netoksiska polietilēna plēve, kas novērš mitruma caurlaidību, lielajiem palāgiem (80cm x 180 cm) jābūt ar plēves malām, kuras paredzēts palocīt zem matrača (nevis cita materiāla).
288.1.	40 cm x 60 cm (+/-5cm), uzsūkšanas spēja ne mazāka kā 1000 ml
288.2.	60 cm x 60 cm (+/-5cm), uzsūkšanas spēja ne mazāka kā 1000 ml
288.3.	60cm x 90 cm (+/-5cm), uzsūkšanas spēja ne mazāka kā 1600 ml
288.4.	80cm x 180 cm (+/-10cm), uzsūkšanas spēja ne mazāka kā 2000ml
Kopā par pozīciju:	
289.	Absorbējoši gultas paladziņi ar celulozes un superabsorbenta pildījumu, viena puse ar celulozes un superabsorbenta pildījumu, otra – plastikātam līdzīgs materiāls, nelaiž cauri šķidrumu, uzsūcošais slānis: no neausta materiāla, virspusē īpaši kanāli, kas nodrošina vienmērīgu mitruma uzsūkšanu, uzsūcošās puses malās atsevišķa uzsūcošā daļa - rāmis (aizsargbarjera), uzsūkšanas spēja noteikta laboratorijas apstākļos saskaņā ar ISO 11948-1 (sertifikāts)

289.1.	40 cm x 60 cm (+/-2cm), uzsūkšanas spēja ne mazāka kā 800 ml
289.2.	60 cm x 60 cm (+/-5cm), uzsūkšanas spēja ne mazāka kā 1200 ml
289.3.	60cm x 90 cm (+/-5cm), uzsūkšanas spēja ne mazāka kā 1900 ml
289.4.	80cm x 180 cm (+/-5cm), uzsūkšanas spēja ne mazāka kā 2300ml, ar aizlokāmām maliņām no mīksta, izturīga, audumam līdzīga materiāla

Lai neierobežotu konkurences pieejamību, lūdzam 288. daļas un 289. daļas apakšdaļas, izdalīt kā atsevišķas daļas.

Atklātā konkursa komisijas atbilde:

Komisija skaidro, ka iepriekšējos gados iepirkuma procedūrā ar analogisku iepirkuma priekšmetu, piedāvājumus iesniedza **vairāki** pretendenti, kuri varēja piedāvāt precīzās minēto pozīciju apakšpozīcijās. Tehniskajā specifikācijā grozījumi netiks veikti.

3. Ieinteresētā piegādātāja jautājums / komentārs:

Par **3. pielikuma** tehniskās specifikācijas/tehniskā-finanšu piedāvājuma pozīciju Nr. 141.:

141.	Elektrodi monitorēšanai. EKG apaļas formas elektrodi, ilgstošai, noturīgai signāla pārvadei, hipoalergēni, no gaisu caurlaidīga materiāla, pašlīpoši, ar labu noturību uz mitras ādas un palielinātu apmatojumu bez skūšanas. Centrā ar kontaktželeju pildīti, ar viegli noņemamu aizsargkārtu, Ag/ AgCl materiāla konektoru. Diametrs 5cm. Vēlams ūdensnecaurlaidīgs iepakojums.
-------------	--

Lai neierobežotu konkurences pieejamību, lūdzam mainīt pozīciju Nr. 141. un izteikt to sekojošā redakcijā:

141.	Elektrodi monitorēšanai. EKG apaļas formas elektrodi, ilgstošai, noturīgai signāla pārvadei, hipoalergēni, no gaisu caurlaidīga materiāla, pašlīpoši, ar labu noturību uz mitras ādas un palielinātu apmatojumu bez skūšanas. Centrā ar kontaktželeju pildīti, ar viegli noņemamu aizsargkārtu, Ag/ AgCl materiāla konektoru. Diametrs 5cm (līdz +/- 5 mm). Vēlams ūdensnecaurlaidīgs iepakojums.
-------------	--

Atklātā konkursa komisijas atbilde:

Komisija informē, ka Nolikuma pielikumā Nr. 3 “Tehniskā specifikācija/Tehniskais-finanšu piedāvājums (forma)” tiks veikti grozījumi.