SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca”
Reģ. Nr. 40003951628
Hipokrāta iela 2, Rīga, LV-1079

Atklāts konkurss
“Medicīniskās preces un materiāli ārstnieciskās un diagnostiskās darbības nodrošināšanai”
RAKUS 2024/2K

Atbilde uz ieinteresētā piegādātāja jautājumu_5

2024. gada 5. martā

1. **Ieinteresētā piegādātāja jautājums / komentārs:**

Pozīcija Nr. 386 Vaginālie tamponi:

Lūdzam precizēt produktu tehniskās prasības, paredzot arī tamponu absorbcijas īpašības, nevis garuma izmēru. Absorbcijas spējas, nav saistītas ar tampona garumu, bet ar kopējām garuma, diametra un absorbcijas īpašībām.

386.	Vaginālie tamponi mini ar aukliņu, nesterili +/- 4.5 cm, diametrs +/-1.2 cm, absorbcija ne mazāk kā 15g
386.1.	Vaginālie tamponi regular ar aukliņu, nesterili +/- 5.0 cm, diametrs +/-1.2 cm, absorbcija ne mazāk kā 20g
386.2.	Vaginālie tamponi super ar aukliņu, nesterili +/- 5.0 cm, diametrs +/-1.4 cm, absorbcija ne mazāk kā 25g
386.3.	Vaginālie tamponi super plus ar aukliņu, nesterili +/- 5.0 cm, diametrs +/-1.6 cm, absorbcija ne mazāk kā 30g

Atklātā konkursa komisijas atbilde:

Ņemot vērā, ka tamponi tiek izmantoti ambulatorajā praksē, komisija norāda, ka ir pieļaujama atkāpe tampona garumam +/- 1 cm, tomēr diametra izmērs nav maināms, absorbcijas ietekme nav svarīga uz plānoto pielietošanu.

Nolikuma pielikumā Nr. 3 “Tehniskā specifikācija/Tehniskais-finanšu piedāvājums (forma)” tiks veikti grozījumi.

2. **Ieinteresētā piegādātāja jautājums / komentārs:**

Pozīcija Nr. 500.

500.	Fiksējošs, nekairinošs, gaisu caurlaidīgs, mitrumizturīgs auduma leikoplasts rullī, viegli noplēšams, nesterils. Izmēri:
500.1.	2 x 900 cm
500.2.	3 x 900 cm

Lūdzam precizēt produkta izmērus:
500.1. 2cm (+/- 0.75cm) x 5-9m, mērvienību izteikt “m”, varam piedāvāt produktu izmērā 1.25cm x 5m.
500.2. 3cm (+/- 0.5cm) x 5-9m, mērvienību izteikt “m”, varam piedāvāt produktu izmērā 2.5cm x 5m.

<u>Atklātā konkursa komisijas atbilde</u>:

Komisija norāda, ka platums tiks saglabāts nemainīgs, jo 1 cm ietekme ir būtiska produkta pielietošanas iespēja, savukārt garuma izmēriem tiks veikta korekcija, nosakot "ne mazāk, kā 9 m".

Nolikuma pielikumā Nr. 3 "Tehniskā specifikācija/Tehniskais-finanšu piedāvājums (forma)" tiks veikti grozījumi.

3. **<u>Ieinteresētā piegādātāja jautājums / komentārs:</u>**

Pozīcija nr. 550.
Vairāki ražotāji piedāvā analoga veida produktu, kas nodrošina vienlīdzīgu brūču ārstēšanu. Lai dotu iespēju iepirkumā piedalīties plašākam piedāvātāju skaitam, tad lūdzam precizēt produkta sastāva aprakstu uz: "Hidrogēla brūču pārsējs, caurspīdīgs, sastāv no modificēta karboksimetila celulozes polimēra, propilēna glikola un ūdens ***vai analogs sastāvs***". Kā arī lūdzam precizēt vienu vienību no gab. uz 1g. ar pieļaujamo 1 gab. tilpumu līdz 25g. Tādejādi neierobežojot citu piegādātāju iespēju piedalīties konkrētajā iepirkuma daļā.

550.	Hidrogēla brūču pārsējs, caurspīdīgs, sastāv no modificēta karboksimetila celulozes polimēra, propilēna glikola un ūdens ***vai analogs sastāvs***. Piemīt bakteristatiska efekta īpašības. Nelīp pie brūces, viegli un nesāpīgi izskalojams, nebojājot granulācijas šūnas. Lietojams visās brūces dzīšanas stadijās; vienlaicīgi attīra brūci no nekrotiskajiem audiem un absorbē lieko eksudātu. Izmēri:	**Viena vienība**
550.1.	***Līdz 25g***	**g**

<u>Atklātā konkursa komisijas atbilde</u>:

Komisija paskaidro, ka grozījumi netiks veikti, jo brūču aprūpei ir nepieciešams hidrogēls no modificētas karboksimetila celulozes polimēra, propilēna glikola un ūdens, lai nodrošinātu autolītisku brūču attīrīšanu. Analogs sastāvs nav pieļaujams. Aprūpējot dažāda izmēra brūces ir nepieciešami 3 dažādi hidrogēla tilpumi (8g, 15g un 25g)