

SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca”
Reģ. Nr. 40003951628
Hipokrāta iela 2, Rīga, LV-1079

Atklāts konkurss
“Medicīniskās preces un materiāli ārstnieciskās un diagnostiskās darbības
nodrošināšanai”
RAKUS 2024/2K

Atbilde uz ieinteresētā piegādātāja jautājumu_4

2024. gada 5. martā

1. Ieinteresētā piegādātāja jautājums / komentārs:

Jautājums par 410. pozīciju

Lūdzu pieļaut katetru garumu un plūsmas ātrumu variācijas 10% apmērā.

-iepriekšēja konkursā šāda pielaide tika pieļauta

-nosakot prasības, ko var piedāvāt tikai viens ražotājs, slimnīcai tiek liegta iespēja izvēlēties finansiāli izdevīgāko piedāvājumu un slēdzot vispārējo vienošanos tikai ar vienu pretendentu tiek apdraudēta piegāžu drošība.

Atklātā konkursa komisijas atbilde:

Komisija informē, ka atklātā konkursa Nolikuma pielikumā Nr. 3 “Tehniskā specifikācija/Tehniskais-finanšu piedāvājums (forma)” tiks veikti grozījumi.

2. Ieinteresētā piegādātāja jautājums / komentārs:

Jautājums par 408. pozīciju

Lūdzu pieļaut izmēra atkāpes līdz 1 cm, nav ietekmes uz produkta funkciju.

Atklātā konkursa komisijas atbilde:

Komisija informē, ka atklātā konkursa Nolikuma pielikumā Nr. 3 “Tehniskā specifikācija/Tehniskais-finanšu piedāvājums (forma)” tiks veikti grozījumi.

3. Ieinteresētā piegādātāja jautājums / komentārs:

Jautājums par 465. un 466. pozīcijām

Kādēļ perfuzora šircēm un vadiem ir jābūt saderīgiem tikai ar B Brauna ražotu infūzijas tehniku. Vai slimnīcā nav arī citu ražotāju infūzijas tehnika?

Atklātā konkursa komisijas atbilde:

Komisija paskaidro, ka slimnīcā aptuveni 90 % ir nokomplektēts ar ražotāja B Braun infūzijas tehniku, kā arī tuvākajā laikā paredzēts nomainīt atlikušos 10% perfuzoru. Vienlaikus, komisija

norāda, ka perfuzora šļirce, kas ir piemērota ražotāja B Braun infūzijas tehnikai, ir piemērota arī pārējiem perfuzoriem slimnīcā.

4. Ieinteresētā piegādātāja jautājums / komentārs:

Jautājums par 391. pozīciju

Bezadatas ierīce šķīdumu atsūkšanai no medikamentu un infūzijas šķīdumu flakoniem un medikamentu atšķaidīšanai. Izmantojama dažādu tilpumu flakoniem līdz 1000 ml saglabājot flakona derīgumu vismaz līdz 72 h, ierīcē integrēts baktērijas aizturošs gaisa filtrs 0,45µm maksimālai aizsardzībai pret kontamināciju, cieši pieguļošs uzvāznis, pasargā no saskares kontaminācijas. Ierīcei ir divi plūsmas kanāli, viens gaisam, bet otrs šķīdumam, kas nodrošina arī automātisku spiedienu izlīdzināšanu flakonā. Ierīces vidusdaļā ir ergonomiska satveršanas plate ar pretslīdes rievām. **Filtra korpus 3,5cmx3cm.** Nesatur lateksu, PVC, DEHP. Viena iepakojuma puse ir caurspīdīga. Uz iepakojuma ir norādīts, ražošanas datums un derīguma termiņš, artikula kods, sērijas numurs, ražotājs, Data Matrix kods, lietošanas instrukcija attēlu piktogrammu veidā.

Specifikācijā precei norādīts konkrēts izmērs, kas atbilst vienam ražotājam, lūdzu labot tehnisko specifikāciju un izņemt preces izmērus, tiek ierobežota konkurence.

Atklātā konkursa komisijas atbilde:

Komisija informē, ka atklātā konkursa Nolikuma pielikumā Nr.3 "Tehniskā specifikācija/Tehniskais-finanšu piedāvājums (forma)" tiks veikti grozījumi.