APSTIPRINĀTS
Ar SIA "Jēkabpils reģionālā slimnīca"
Iepirkuma komisijas 2025.gada 11.februāra
sēdes protokolu Nr. 02/2025/02K/ERAF

Atbildes uz ieinteresēto personu jautājumiem

Atklāts konkurss „Medicīnisko tehnoloģiju, aprīkojuma iegāde, piegāde un uzstādīšana. 3.kārta",
identifikācijas Nr. JRS 2025/02K/ERAF

Nr.p.k.	Jautājums	Atbilde
1.	Nolikuma 2.pielikuma "Tehniskā specifikācija – piedāvājums" 2.daļai "Ultrasonogrāfs" 1.14.punkts: "1.14. Ne mazāk kā 8 līmeņu dziļuma pastiprinājuma kompensācija (TGC) izmantojot fiziskas pogas uz kontroles paneļa". Pretendenta piedāvājums, piedāvātās iekārtas tehniskie parametri un apraksts*: "1.14. Ne mazāk kā 8 līmeņu dziļuma pastiprinājuma kompensācija (TGC) izmantojot **virtuālas vai** fiziskas pogas uz kontroles paneļa." PAMATOJUMS: Vairums ražotāji neizmanto fiziskas pogas. Modernām sonogrāfu iekārtm TGC tiek vadīta ar skārienjūtīgām pogām. Prasība ierobežo pretendentu loku un palielina slimnīcas izmaksas.	Iepirkuma komisija sniedz tehniskās specifikācijas izstrādātāja sniegto skaidrojumu: "Ginekoloģijas izmeklējumos ārsti strādā cimdos, kas ievērojami ietekmē skārienjūtīgā ekrāna jutību pret pieskārieniem un regulēšanu, kā arī cimdi tiek nosmērēti ar gēlu un izdalījumiem, kas neļauj iespēju regulēt parametrus tikai uz skārienjūtīgā ekrāna tādēļ mūsu ārstiem ērtāk izmantot fiziskās pogas. Apspriedes laikā tika konstatēts, ka vairāki piegādātāji šo funkcionalitāti var nodrošināt." Līdz ar to, sākotnēji izvirzītā prasība netiks mainīta.

Pamatojoties uz grozījumu veikšanu, kas tiks veikti pamatojoties uz Iepirkumu uzraudzības biroja 06.02.2025 sniegtajā vēstulē Nr. 8-14/2025/323 noteikto, **iepirkuma iesniegšanas termiņš tiks pagarināts.**
Iepirkuma komisija lūdz visus piegādātājus un pretendentus sekot aktuālajai informācijai pasūtītāja pircēja profilā EIS sistēmā pie attiecīgā iepirkuma.