APSTIPRINĀTS
Ar SIA "Jēkabpils reģionālā slimnīca"
Iepirkuma komisijas 2025.gada 14.aprīļa
sēdes protokolu
Nr. 04/2025/01K

Atbildes uz ieinteresēto personu jautājumiem
Iepirkumā „**Klīniskās ķīmijas un imūnhematoloģiskās izmeklēšanas reaģentu un piederumu iegāde, un iekārtas patapināšana**",
identifikācijas Nr. JRS 2025/01K

Nr.p.k.	Jautājums	Atbilde
1.	Tehniskās specifikācijas 1.daļas "Klīniskā ķīmija" tehniskajā specifikācijā – publicētajos skaidrojumos pēc tabulas (aile Nr.112) norādi: *Alternatīvas metodes nav paredzētas. Iepirkumā izvirzīto metožu prasības ir cieši saistītas ar Laboratorijas akreditāciju. Pretendents var piedāvāt ekvivalentas preces vai atbilstību ekvivalentiem standartiem, kas atbilst tehniskās specifikācijas prasībām un parametriem un nodrošina tehniskajā specifikācijā prasīto darbību. Pretendentam jāpierāda piedāvātā ekvivalentums.* **Kādi pierādījumi Pretendentam jāiesniedz, lai pierādītu metodes ekvivalenci?** Ekvivalents tests ir zinātniski līdzvērtīgs pēc diagnostiskās precizitātes un rezultātu interpretācijas, tam ir līdzīga precizitāte, jutīgums un specifiskums attiecīgās slimības vai stāvokļa diagnosticēšanai. Iepirkuma komisija 2025.gada 24.marta sēdes protokolā Nr. 02/2025/01K uz jautājumu Nr.3 atbild, ka tā nav ekvivalenta metode, bet gan alternatīva, pēc kāda kritērija tas tiek noteikts? Jautājumā nav precizēts, vai reakcija balstīta uz diazoreakciju vai nē, pēc kā tika noteikts, ka tā ir alternatīva metode?	Iepirkuma komisija sniedz atklātā konkursa tehniskās specifikācijas izstrādātājas – Laboratorijas vadītājas Agneses Vizules apstiprinātu atbildi : "Jendrašika-Grofa metodes modifikāciju un kolorimetrisko DPD metodi var uzskatīt par ekvivalentām. Abas metodes izmanto līdzīgas ķīmiskās reakcijas ar diazotētiem savienojumiem, kas veido krāsu kompleksu ar bilirubīnu, tas nozīmē, ka abas metodes balstās uz līdzīgiem principiem, lai iegūtu krāsu reakciju, kuru var izmērīt. Kā arī abas metodes izmanto kolorimetrisko noteikšanas principu. Lai pierādītu metodes ekvivalenci, pretendentam jāiesniedz konkrēti pierādījumi, kas apliecina, ka piedāvātā metode atbilst tehniskās specifikācijas prasībām un parametriem. Pie iesniedzamajiem dokumentiem, kuri pierādītu metodes ekvivalenci varētu būt, piemēram, metodes apraksts, kas apliecina metodes ekvivalenci, principu un darbības mehānisms, specifikācijas un tehniskie parametri. Kopumā pretendentam jāiesniedz dokumenti, kas nepārprotami pierāda, ka piedāvātā metode ir ekvivalenta prasībām, kas ietvertas tehniskajā specifikācijā, un ka tā nodrošina prasīto veiktspēju un kvalitāti."
2.	Iepirkuma komisija 2025.gada 24.marta sēdes protokolā Nr. 02/2025/01K uz jautājumu Nr.3 atbild , ka alternatīvas metodes iepirkumā netiks akceptētas. **Kāpēc tehniskajā specifikācijā nav**	Iepirkuma komisija sniedz atklātā konkursa tehniskās specifikācijas izstrādātājas – Laboratorijas vadītājas Agneses Vizules apstiprinātu atbildi : "Dažiem testiem metodes nav

	norādītas metodes visiem testiem? Lūdzam precizēt!	norādītās, lai nodrošinātu elastību pretendentiem, piedāvājot dažādas pieejas un metodes lai būtu brīvāka iespēja piedalīties vairākiem pretendentiem Tas arī ļauj pretendētājiem piedāvāt inovatīvākas vai uzlabotas metodes, kas ir zinātniski pamatotas un efektīvas, bet var atšķirties no klasiskajām metodēm.”
3.	Analizatora un servisa prasības 2. punktā prasīts *Piedāvāt jaunu, ražotu ne vēlāk kā 2022. gadā 1 bioķīmijas iekārtu (analizatoru*) savukārt 11. punktā prasīts *Nodrošināt back up analizatoru laboratorijas darbības nepārtrauktībai Paskaidrojums: “Back up” analizatoram [jauns analogs modelis pieprasītajam analizatoram] jānodrošina rutīnas analīžu veikšana pamata analizatora dīkstāves laikā (stundās). Abu analizatoru reaģentiem savā starpā ir jābūt saderīgiem*. Pēc šiem jaunajiem grozījumiem Piegādātājiem jāpiedāvā divi analizatori un laboratorijas telpā jāparedz vieta diviem analizatoriem un jānodrošina pieslēgumi visām komunikācijām, kā arī LIS pieslēgums diviem analizatoriem?	Iepirkuma komisija sniedz atklātā konkursa tehniskās specifikācijas izstrādātājas – Laboratorijas vadītājas Agneses Vizules apstiprinātu atbildi : “Jā, jāpiedāvā divi analizatori, paredzot vietu laboratorijas telpās, nodrošinot ar visiem nepieciešamajiem pieslēgumiem komunikācijām un LIS pieslēgumiem.”