APSTIPRINĀTS
Ar Iepirkuma komisijas 2025.gada 28.marta
sēdes protokolu
Nr. 03/2025/01K

Atbildes uz ieinteresēto personu jautājumiem
Iepirkumā „**Klīniskās ķīmijas un imūnhematoloģiskās izmeklēšanas reaģentu un piederumu iegāde, un iekārtas patapināšana**”,
identifikācijas Nr. JRS 2025/01K

Nr.p.k.	Jautājums	Atbilde
1.	***Nolikuma 15.8. punkts:*** **Pretendenta Laboratorijas telpu apsekošana pretendentiem ir obligāta visiem tiem pretendentiem, kuri plāno iesniegt piedāvājumus iepirkuma daļā Nr.1 “Klīniskā ķīmija”** Vēlamies informēt, ka pretendents apsekojot Jēkabpils reģionālās slimnīcas laboratoriju konstatēja, ka plānotās iekārtas - **“Klīniskā ķīmija”** atrašanās vieta nav aprīkota ar ūdens un kanalizācijas pieslēgumu. Esošais ūdens un kanalizācijas pieslēgums atrodas telpas pretējā pusē. Starp iekārtas paredzēto instalācijas vietu un esošajiem pieslēgumiem ir darbinieku pārvietošanās galvenais maršruts (koridors). Savienojot iekārtas izteci ar esošo kanalizāciju, nāktos šķērsot šo maršrutu. Nepieciešams izveidot slieksni vai padziļinājumu grīdā, vai arī jāievieš kāds komplicēts risinājums notekūdeņu novadīšanai ar papildus sūkņiem. Augstākminētie risinājumi ir pielīdzināmi būvdarbiem, kas būtu jāizvērtē un jāsaskaņo ar Jēkabpils reģionālās slimnīcas tehnisko dienestu. Šāda veida pieslēgumus bez saskaņošanas un iestādes atļaujas iekārtu piegādātājs nav kompetents veikt. Gaidīsim norādes un risinājumus par plānoto ūdens attīrīšanas iekārtas uzstādīšanas un pieslēgšanas vietu, kur būtu iespējams nodrošināt pielēgšanos nepieciešamajām komunikācijām, ņemot vērā slimnīcas inženiertehniskos noteikumus, darba drošības un vides pieejamības noteikumus, kā arī citus slimnīcai saistošos noteikumus.	Iepirkuma komisija apstiprina, ka Pretendentiem, pirms piedāvājumu iesniegšanas, ir jāveic LABORATORIJAS telpu klātienes apskate. Līdz ar to, lai izstrādātu piedāvājumu, Pretendentiem jāiepazīstas ar Laboratorijas telpām jau iepriekš. Savukārt, ja būs nepieciešams iepirkuma rezultātā izvēlēto analizatoru atrašanās vietu aprīkot ar ūdens un kanalizācijas pieslēgumu, tad šāda darbība tiks izskatīta un iespēju robežās nodrošināta, iesaistoties atbildīgajam Jēkabpils reģionālās slimnīcas Saimniecības nodaļas personālam, lai savstarpēji varētu rast abām iesaistītajām pusēm veiksmīgāku pieslēguma risinājumu nepieciešamajām komunikācijām.

Iepirkumu komisija informē, ka tuvākajā laikā tiks veikti grozījumi iepirkuma 1.daļas “Klīniskā ķīmija” tehniskajā specifikācijā.
Pamatojoties uz grozījumu veikšanu, **piedāvājumu iesniegšanas termiņš tiks pagarināts.**
Iepirkuma komisija lūdz visus piegādātājus un pretendentus sekot aktuālajai informācijai pasūtītāja pircēja profilā EIS sistēmā pie attiecīgā iepirkuma.