APSTIPRINĀTS
Ar Iepirkuma komisijas 2025.gada 24.marta
sēdes protokolu
Nr. 02/2025/01K

Atbildes uz ieinteresēto personu jautājumiem
Iepirkumā „**Klīniskās ķīmijas un imūnhematoloģiskās izmeklēšanas reaģentu un piederumu iegāde, un iekārtas patapināšana**”,
identifikācijas Nr. JRS 2025/01K

Nr.p.k.	Jautājums	Atbilde
1.	**<u>Pirmā pretendenta jautājums:</u>** Daļas Nr.1 “Klīniskā ķīmija” tehniskās specifikācijas punktā 1.4.18. prasība ir “Ūdens patēriņš ne lielāks kā 20 L/h (stundā) *(šādu apjomu spēj nodrošināt pašreizējā kapacitāte).* *Šī punkta nodrošināšanā ir pieļaujama atkāpe tikai gadījumā, ja pretendenta piedāvātajam analizatoram ir nepieciešamība pēc lielākiem ūdens apjomiem. Tādā gadījumā Pretendents iesniedz attiecīgās iekārtas ūdens patēriņa apjoma tehniskos datus kopā ar apliecinājumu, ka destilācijas/dejonizācijas iekārtu pasūtītajam piegādās un uzstādīs par saviem (Pretendenta) līdzekļiem, nodrošinot visu tehnisko un ar destilācijas/jonizācijas iekārtu saistīto materiālu piegādi un apkopi visu līguma izpildes laiku.*” Vai saprotam pareizi - ja ūdens patēriņš ir zem 20 l/h, piedāvājumā nav jāiekļauj ūdens destilācijas/dejonizācijas iekārta, jo pieslēgumu iekārtai nodrošinās pasūtītājs? Sadaļā <u>Citas prasības</u> punktā Nr. 1.4.21. “Komplektācijā - barošanas bloks, UPS un ūdens attīrīšanas stacija. Ja nepieciešams - printeris.” Vai saprotam pareizi, ka piedāvājumā ir jāiekļauj ūdens destilācijas/dejonizācijas iekārta? **Šie divi tehniskās specifikācijs punkti ir pretrunā viens otram, lūdzam sniegt paskaidrojumu (ja ūdens patēriņš ir zem 20 L/h).** **Otrā pretendenta jautājums:** ***<u>Lūdzu precizēt punktu punktu: 1.4.18.</u>***	Iepirkuma komisija apstiprina, ka, **tehniskās specifikācijas izstrādātajam, izstrādājot tehnisko specifikāciju, radušās tehniskas kļūdas abos punktos: 1.4.18. un 1.4.21. punktos.** **Pareizi būtu –** “1.4.18. *Ūdens patēriņš ne lielāks kā 20 L/dienā, ņemot vērā, ka ūdens tiek izmantots citu laboratorijas iekārtu darbības nodrošināšanai.”* **Pareizi būtu -** 1.4.21. “Komplektācijā - barošanas bloks, UPS. Ja nepieciešams – printeris, ūdens attīrīšanas stacija.” Laboratorijas pašreizējā ūdens attīrīšanas iekārta - The RiOs-DI® Klīniskā ūdens attīrīšanas sistēma. Tehniskā specifikācija attīrīšanas iekārtai: **<u>https://www.merckmillipore.com/INTL/en/product/RiOs-DI-Clinical-Water-Purification-System,MM_NF-C84742#overview</u>** *Specifically designed to feed low-volume analyzers using up to 20 L/day* *“Pīķa”* patēriņam ar papildus ūdens rezervuāru, akumulējot ūdeni nakts laikā. **<u>Punkti tiks precizēti, veicot grozījumus iepirkuma dokumentācijā.</u>**

	Ūdens patēriņš ne lielāks kā 20 L/h (stundā) (šādu apjomu spēj nodrošināt pašreizējā kapacitāte). *Šī punkta nodrošināšanā ir pieļaujama atkāpe tikai gadījumā, ja pretendenta piedāvātajam analizatoram ir nepieciešamība pēc lielākiem ūdens apjomiem. Tādā gadījumā Pretendents iesniedz attiecīgās iekārtas ūdens patēriņa apjoma tehniskos datus kopā ar apliecinājumu, ka destilācijas/dejonizācijas iekārtu pasūtītajam piegādās un uzstādīs par saviem (Pretendenta) līdzekļiem, nodrošinot visu tehnisko un ar destilācijas/jonizācijas iekārtu saistīto materiālu piegādi un apkopi visu līguma izpildes laiku* **Lūdzu norādiet laboratorijas patreizējo ūdens attīrīšanas iekārtu, kas nodrošina – Dejonizēta ūdens kapacitāti 20 L/h (stundā)** **Lūdzu precizējiet un norādiet esošai iekārtai šādus parametrus:** • **Ūdens tīrības elektrovadītspēju µS/cm , pretestību MΩ · cm.?** • **Cik µm ūdens filtrs tiek izmantots esošai iekārtai?** • **Kāda ūdens temperatūra tiek nodrošināta esošās kapacitātes ūdens attīrīšanas iekārtā?** • **Cik Pa vai psi ūdens spiediens tiek nodrošināts esošai iekārtai?**	
2.	Punkts 1.4.20. Bioķīmijas testiem jāpiedāvā iekšējās kvalitātes daudzparametru kontroles un kalibratori (multikontroles, multikalibratori) Ailē **Atsauce uz informatīvo materiālu***** jūs norādat - *Pretendentam analizatora tehniskajā dokumentācijā vai līdzvērtīgā dokumentā jānorāda atsauce, kur precīzi norādīti ražotāja noteiktie automātiskās kalibrēšanas un kontroles nosacījumi un iespējas tās uzglabāt iekārtā atbilstoši ražotāja noteiktajiem nosacījumiem* Kāpēc šeit jānorāda kontroļu un kalibratoru uzglabāšanas iespējas iekārtā, ja tas nav prasīts punktā 1.4.20. Šī informācija būtu norādāma Papildprasības punktā 1. Atdzesētas kvalitātes kontroles un kalibratoru pozīcijas iekārtā*	Iepirkuma komisija skaidro, ka atklātā konkursa 1.daļā "Klīniskā ķīmija" tiks vērtēts saimnieciski izdevīgākais piedāvājums, tāpēc, tehniskās specifikācijas izstrādātājs skaidro, ka punktā 1.4.20. Ailē Atsauce uz informatīvo materiālu - jābūt iespējai uzglabāt iekārtā, atbilstoši *ražotāja noteiktajiem nosacījumiem*. Šāds nosacījums, lai varētu piedalīties pēc iespējas lielāks pretendentu skaits, tāpēc atsevišķi netiek prasīts Papildprasības punktā. **Lūdzam atkārtoti pievērst uzmanību, ka papildus prasības nav obligātas, bet, ja tās tiek izpildītas un piedāvātas - pretendents saņem papildus punktus.**

3.	**Pozīcijai 1.1.17 -** Tiešais bilirubīns (Jendrašika – Grofa metodes modifikācija) **Lūdzu izskatiet iespēju piedāvāt arī ekvivalentu metodi – kolorimetrisko DPD metodi, kas būtu precīzāk salīdzināma ar 1. 1. 16 pozīciju - Kopējais bilirubīns pieprasīto kolorimetrisko DPD metodi.**	Iepirkuma komisija skaidro, ka Pasūtītāja struktūrvienība "Laboratorija" ir atbilstoši "Medicīniskās Laboratorijas. Kvalitātes un kompetences prasībām (ISO 15189)" un Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs (LATAK) standarta prasībām akreditēta iestāde (Apliecības Nr. LATAK-M-497; lēmums pieņemts 23.08.2023), līdz ar to, alternatīvas metodes iepirkumā netiks akceptētas. Šāda norāde ir atrunāta arī atklātā konkursa 1.daļas "Klīniskā ķīmija" tehniskajā specifikācijā – publicētajos skaidrojumos pēc tabulas (aile Nr.112).

Iepirkumu komisija informē, ka tuvākajā laikā tiks veikti grozījumi iepirkuma 1.daļas "Klīniskā ķīmija" tehniskajā specifikācijā, kurā tiks precizētas sniegtajās atbildēs iekļautie precizējumi.

Pamatojoties uz grozījumu veikšanu, **piedāvājumu iesniegšanas termiņš tiks pagarināts.**

Iepirkuma komisija lūdz visus piegādātājus un pretendentus sekot aktuālajai informācijai pasūtītāja pircēja profilā EIS sistēmā pie attiecīgā iepirkuma.