SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca”
Reģ. Nr. 40003951628
Hipokrāta iela 2, Rīga, LV-1079

Atklāts konkurss
“Papildus dezinfekcijas līdzekļu piegāde”
RAKUS 2025/2K

Atbilde uz ieinteresētā piegādātāja jautājumu_4

2025. gada 19. februāris

Ieinteresētā piegādātāja jautājums 1

Par 21.pozīciju “ALKOHOLU SATUROŠAS MITRĀS SALVETES VIRSMU APSTRĀDEI (SATUR KVARTĀROS AMĪNUS)”

I Saskaņā ar tehniskās specifikācijas prasībām *“Piezīmes: Salvetes blīvums 28-30 g/m2”*.

Ņemot vērā, ka tiek prasītas dažādu veidu salvetes iepakojumos no N100 līdz N600, Pretendents lūdz palielināt salvetes blīvuma parametru un izteikt robežās - 28-40 g/m2.

II Saskaņā ar Nolikuma 4.9.punktu *“Pretendents finanšu piedāvājumā cenas un pozīciju kopsummas norāda ar 2 (diviem) cipariem aiz komata EUR bez PVN”*

Vai Pretendents saprot pareizi, ka 21.pozīcijā iesniedzot piedāvājumu cenai par iepakojumu [šūnas D11-13] un šūnā F6 “Kopējā plānotā apjoma summa, EUR (bez PVN)” ir jābūt ar 2 cipariem aiz komata, bet šunā E6 “Vienas vienības cena EUR (bez PVN)” ciparu skaits aiz komata drīkst būt lielāks, ņemot vērā, ka cena ir jānorāda par 1 salveti?

Atklātā konkursa komisijas atbilde

Iepirkuma komisija informē, ka tehniskās specifikācijas 21. pozīcijā *Alkoholu saturošas mitrās salvetes virsmu apstrādei (satur kvartāros amīnus)* tiks veikti grozījumi sadaļā “Piezīmes”, nosakot:

- Salvetes blīvums 28-40 g/m2

Par Nolikuma 4.9. punktu, komisija skaidro, ka punktā minētais *“cenas un pozīciju kopsummas norāda ar 2 (diviem) cipariem aiz komata”* attiecināms uz visām cenām, kuras tiek norādītas piedāvājumā.

Ieinteresētā piegādātāja jautājums 2

Par 23.pozīciju “SAUSĀS SALVETES (1.) UN TRAUKI SALVEŠU IEVIETOŠANAI (2.) VIRSMU UN MEDICĪNAS IERĪČU ĀTRAI DEZINFEKCIJAI UN TĪRĪŠANAI”

I Saskaņā ar tehniskās specifikācijas prasībām *“Apraksts: Iesniedzamie dokumenti: Eiropas Komisijas NANDO (New Approach Notified and Designated Organisations) sarakstā esošas paziņotas struktūras (notified body – angļu val.) izdots CE sertifikāts, kas apliecina produkta atbilstību medicīnas preces I klasei atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai 2017/745 vai Padomes Direktīvai 93/42/EEK”.*

Saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2017/745 - atbilstības novērtēšanas procedūra I klases ierīcēm jāveic tikai un vienīgi par ražotāju atbildību, ņemot vērā ar šādu

ierīču lietošanas saistīto zemo riska līmeni. Savukārt attiecībā uz IIa, IIb un III klases ierīcēm atbilstoša līmeņa pilnvarotās iestādes iesaistei jābūt obligātai.

Ņemot vērā augstāk minēto, lūdzam precizēt kāds dokuments ir iesniedzams.

II Saskaņā ar Nolikuma 4.9.punktu *"Pretendents finanšu piedāvājumā cenas un pozīciju kopsummas norāda ar 2 (diviem) cipariem aiz komata EUR bez PVN"*

Vai Pretendents saprot pareizi, ka 23.pozīcijā iesniedzot piedāvājumu cenai par iepakojumu šūnās E12 un E14, kā arī šūnās F7, F8 un F15 ir jābūt ar 2 cipariem aiz komata, bet šunā E7 un E8 "Vienas vienības cena EUR (bez PVN)" ciparu skaits aiz komata drīkst būt lielāks, ņemot vērā, ka cena ir jānorāda par 1 salveti?

<u>Atklātā konkursa komisijas atbilde</u>

Iepirkuma komisija informē, ka tehniskās specifikācijas 23. pozīcijā *Sausās salvetes (1.) un trauki salvešu ievietošanai (2.) virsmu un medicīnas ierīču ātrai dezinfekcijai un tīrīšanai* tiks veikti grozījumi, izslēdzot prasību par CE sertifikāta iesniegšanu, kas apliecina produkta atbilstību medicīnas preces I klasei atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai 2017/745 vai Eiropas Komisijas Direktīvai 93/42/EEK.

Komisija skaidro, ka pretendentam jāiesniedz ražotāja izdota produkta ES Atbilstības deklarācijas kopija, kas apliecina piedāvātā produkta atbilstību medicīnas preces I klasei, saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2017/745, kas attiecas uz medicīniskām ierīcēm, grozītas ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2023. gada 15. marta Regulu (ES) 2023/607, 19. panta prasībām.

Par Nolikuma 4.9. punktu, komisija lūdz skatīt atbildi pie pirmā punkta.