SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca”
Reģ. Nr. 40003951628
Hipokrāta iela 2, Rīga, LV-1079

Atklāts konkurss
“Papildus dezinfekcijas līdzekļu piegāde”
RAKUS 2025/2K

Atbilde uz ieinteresētā piegādātāja jautājumu_1

2025.gada 6.februāris

Ieinteresētā piegādātāja jautājums

Jautājumus par atklāta konkursa Nr. RAKUS 2025/2K tehniskās specifikācijas prasībām iepirkuma priekšmeta 22.2. apakšpozīcijā:

Prasība/apraksts:

22. Alkoholu saturošas mitrās salvetes (1.) un alkoholu nesaturošas mitrās salvetes (2.) ultraskaņas medicīnisko ierīču apstrādei no neaustā materiāla.

Jautājums:

Kādai aktīvajai vielai ir jābūt alkoholu nesaturošās salvetēs? Pēc mums pieejamās informācijas mitro dezinfekcijas salvešu impregnēšana ultraskaņas medicīnas ierīcēm ir balstīta uz kvartārā amonija savienojumiem.

Atklātā konkursa komisijas atbilde

“Iepirkuma komisija skaidro, ka iepirkuma priekšmeta pozīcijā 22.2. *Alkoholu nesaturošu mitrās salvešu ultraskaņas medicīnisko ierīču apstrādei no neaustā materiāla* sastāvā drīkst būt kvartārā amonija savienojumi.
Tehniskās specifikācijas 22. pozīcijas sadaļa “Sastāvs” tiks precizēta un izteikta šādā redakcijā:

- Līdzeklim jābūt iedarbībai pret veģetatīvām baktērijām, sēnītēm, HIV, hepatītu B un C vīrusiem, Mycobacteria un bezapvalka vīrusiem
- (22.1.) Nepiedāvāt aldehīdus, hloru un to savienojumus, ūdeņraža peroksīdu, kā arī kvartārā amonija saturošus savienojumus
- (22.2.) Nepiedāvāt aldehīdus, hloru un to savienojumus, alkoholu un ūdeņraža peroksīdu.